



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 ADET SEYYAR KURŞUNLU PERDE PARAVAN ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatını **11/02/2020** tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SEYYAR KURŞUNLU PERDE PARAVAN	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzanın suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden be745542-a321-4b06-8075-d9e30fd1c6fb kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

HASTA VE PERSONEL KORUMALI SEYYAR KURŞUNLU PERDE
PARAVAN ŞARTNAMESİ

1. Sistem hareket etme kabiliyetine sahip değildir.
2. Sistem üzerinde alçalıp, yükselmesine yardımcı olan bir kanal olmalıdır.
3. Sistem en az 4 tekerle sabitlenmelidir.
4. Sistem üzerine monte edilecek perde koruma amacına uygun olarak hizmet vermelidir.
5. Yoğun bakımlarda İki hasta veya kullanıcı ile hasta arasında perde görevi görmelidir.
6. Koruyucu perde silinebilir yapıda olmalıdır.
7. Perde en az 120 cm genişliğinde ve 150 cm yüksekliğe sahip olmalıdır. (+-2 cm)
8. Belirtilen ölçüler sabit kalmak koşuluyla kurumun istemiş olduğu veya kullanım yerine ilişkin olarak özel ebatlarda tasarlanabilir ve yapılabilir olmalıdır.
9. Perde sağa sola hareketli olmalıdır.
10. Talep halinde kullanıcının isteği doğrultusunda üreticinin değişik ebatları olmalıdır. Bu ebatları talep esnasında sunmalıdır.
11. Kullanıcı gerektiğinde koruyucunun arkasından çekim ve görüntüleme için şutlama yapabilmeli ve bunun için sağa sola hareketli kısımları kullanarak kendini koruma altına alabilmelidir.
12. Koruyucu perde Deri ile yapılmış olmalıdır. Üzerindeki deri rengi kurumca belirlenecektir. Silinebilmeli ve bu yapıda olmalıdır.
13. Koruyucu sistem paslanmaya karşı üretilmiş değildir.
14. Üreticinin Yerli Malı belgesi olmalıdır. Yerli mali belgesini ürün tesliminde sunmak zorundadır. Yerli mali belgesi olmayan teklifler satınalma onayı dahi olmuş olsa , değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Koruyucu Perdelere İlişkin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (01 Mayıs 2019 Tarihli Ve 30761 Sayılı Resmi Gazete, Yeni Regülasyon (Ab) 2016/425 X Kişisel Koruyucu Yönetmenliğine Göre Üretilmiş Ve Belgelendirilmiş Olmalıdır. Ürünlere İlişkin Onaylanmış Kuruludan Alınmış Modül D Ve Modül B Belgesi Teslimat Öncesi Kuruma Sunulmalıdır. Kurumun Belgelendirme Firmasına Sorgulama Hakkı Olduğunu Belgeyi Sunan Firmanın Bilmesi Ve Sonuçlarını Kabul Etmesi Gerekmetedir.
16. Ürünlere İlişkin Eski Standartlar Doğrultusunda Artıcel 11 A Artıcel 11 B Belgesi Sunulmamalıdır. Bu Belgeler Geçerliliğini Kaybetmiş Olup, Yeni Revizyona Göre Belgelendirilmiş Ürünlerin Satışı İçin Belgeler Sunulmalıdır.
17. Satıcı Firma Ürünlere İlişkin Kurumun İstemesi Halinde Daha Önce Yaptığı İşlere İlişkin İş Deneyim Belgesi Veya Referans Sunmalıdır.
18. Üreticiye ait İSO 9001:2008 belgesi olmalıdır.
19. Talep esnasında demo ve uygulamalı referanslar sunulması gerekmektedir.

Sinan KIRINCIL

