T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 70 07.02.2020
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **FORSEPS ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10.02.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	FORSEPS ALIMI	1	ADET		

UYGUNDUR
07.02.2020
Dr.Vedat ARSLAN
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Diyadin Devlet Hastanesi

FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aletlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Aletler her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyon testinde dayanıklı olmalıdır.
4. Cerrahi aletlerin kullanım süresi içerisinde gazlı kuru veya buharlı sterilizasyona uygunluğu garanti edilmelidir.
5. Aletlerin her birinin üzerinde katalog numarası, markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
6. Aletlerin eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır.
7. Aletlerin ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalıdır.
8. Kilit mekanizması olan aletlerde kilitlenme sorunu yaşanmamalıdır.
9. Aletler dayanıklı olmalı ve basit darbelerle kırılmamalıdır.
10. Teklif edilecek cerrahi aletlerin özelliklerini gösteren kalite belgesi (ISO, CE, TÜV) üretici tarafından noter tasdikli olarak belgelenmelidir.
11. İhaleye giren satıcı firmanın bayilik ve yetki belgesi vermesi gereklidir
12. Distribütörün yetki belgesi olması gereklidir.
13. Cerrahi aletler teknik şartnamesinde yazılı olan kod numaraları kesin özellik belirlemek için yazılmış olup, belirtilen özellikte ve aynı fonksiyonları görecek şekilde dengi olan diğer marka aletleri de teklif verebilir.
14. Cerrahi Aletler fabrikasyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 5 yıl garantili olacaktır. Garanti üretici fabrika ve ithalatçı ve satıcı firma tarafından ayrı ayrı noter tasdikli verilecektir.

Mensure KUNT

Mehmet İLBOĞA
Mali İşler

Op. Dr. Mesut ALÇI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tescil No: 134560
Diyadin Devlet Hastanesi

Dr. Vedat ARSLAN
Dip. Tes. No: 202272