T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 72 07.02.2020
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON(CRB) ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10.02.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON(CRB) ALIMI	1	ADET		

UYGUNDUR
07.02.2020
Dr.Vedat ARSLAN
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON (CRB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal kanalın mekanik genişlemesinde kullanılmalıdır.

2.Serviks indüksiyonlarında doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

3.100% silicon dan imal edilmiş olup, French Size'ı 18.0, uzunluğu 40 cm ve çift 80 mL'lik balondan oluşmalıdır.

4. Uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun kırmızı işaretli kısımdan 20 ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 40 ml'si kullanılmalıdır.

5.Uterin içerisindeki balon şişirildikten sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara oturtulması sağlanmalıdır.

6.Vajinal balon bu işlemden sonra dış servikal duvardan görülebilmelidir.

7.Uterin dışında kalacak balonu genişletmek için V harfli Check-Flonun yeşil işaretli kısımdan 20 ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullanılmalıdır.

8.Her iki balon 80 ml'lik maksimum sıvıya ulaşana kadar her seferinde bir balona 20 ml'lik artırımlarla doldurulmalıdır.

9.Kullanım süresi 12 saatten fazla olmamalıdır, işlem için kolay yerleştirilebilir ve çıkarılabilir olmalıdır

10.Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

11.Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.

Menşure KUNT

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler

Op. Dr. Mesut ALÇI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tescil No: 234560
Diyadin Devlet Hastanesi

Dr. Vedat ARSLAN
Dip. Tes. No: 202272