



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 561  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Tanita BC-418-MA Uyumlu Kablo  
Dosya Id : 1801

12.02.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.02.2020 saat: 16:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	YAĞ ANALİZ CİHAZI RS 232 BAĞLANTI KABLOSU TANİTA UYUMLU KABLO			3	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**TANITA BODY COMPOSITION ANALYZER TYPE BC-418 MA MODEL CİHAZ  
USB RS232 ÇEVİRİCİ KABLO TEKNİK ŞARTNAME**

1. Cihaz çıkışı data aktarım bölümü RS232 olmalı
2. Bilgisayar üzerine data aktarım girişi USB olmalı
3. Bilgisayar ve cihaz arasında bulunan data aktarım kablosu üzerinde RS232 bölümünü USB sistemine çeviren Converter bulunmalı
4. Akatarım kablosunda bulunan Converter, bilgisayar USB bölümünden gelen 5.0V ile çalışmalı
5. Data aktarım kablo uzunluğu 2m-3m arasında olmalı
6. Bilgisayar işletim sisteminde, Tanita vücut analiz cihazı için çalışan yazılımı olmalı ve USB RS232 çevirici kablo bu yazılımla çalışıyor olabilmeli
7. USB- RS232 çevirici kablonun bilgisayar girişi USB-Tanita girişi RS232 olmalı
8. USB- RS232 çevirici kablo tek parça olmalı
9. Kablo orijinal olmalıdır, yan ürün kabul edilmeyecektir.
10. Kablo numunesi denendikten sonra gelen kablo kabul edilecektir.

Ayhan ALDIN TAŞ  
Diyetisyen  
Ağrı Devlet Hastanesi

Kübra COŞGUN  
Diyetisyen  
Ağrı Devlet Hastanesi

Merve POLAT  
Diyetisyen  
Ağrı Devlet Hastanesi

Saibe Merve KAZDAL  
Diyetisyen  
Ağrı Devlet Hastanesi

Selin BAKIR  
Diyetisyen  
Ağrı Devlet Hastanesi