



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM MALZEME İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/02/2020 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ALKALİ SOLÜSYON(5LT)	ADET	6		
2	NÖTRALİ SOLÜSYON(5LT)	ADET	6		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAC
TIBBİ SEKRETER

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 456fe86d-2f8a-452f-8286-1b15485e5c9c kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ALKALİ SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yıkayıcı-Dezenfektörlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı; paslanmaz çelik, cam , seramik , kauçuk , plastik ve krom kaplamalı malzemelerin alkalik temizlenmesinde kullanılmalıdır.
2. Solüsyon, alkaliler dışında sodyum hidroksit , iyon tutucular , sürfaktanlar ve korozyon inhibitörleri içermelidir.
3. Su sertliği , temizleme süresi , temizleme sıcaklığı , medikal kirin türü , miktarı ve yoğunluğu gibi parametrelere göre değişebilen, 3-8 ml/Lt. gibi geniş bir dozaj aralığı olmalıdır.
4. Solüsyon, Yıkayıcı Dezenfektörlerde 40°C-80°C sıcaklık aralığında kimyasal temizlemeye uygun olmalıdır.
5. Ph değeri 13,5 olmalıdır.
6. Doğaya zarar vermemeli, biyoçözünür olmalıdır.
7. Solüsyonu içeren bidonlar, geri dönüşümlü olmalıdır.
8. Nötralizasyon solüsyonu ile aynı marka olmalıdır.
9. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
10. EN ISO 15883-5 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır.
11. Alkali solüsyonu veren firma beraberinde 5 litre başına 1 test protein testi vermelidir.
12. İhale öncesi ilgili birimlerden kirlilik testleri ile uygunluk alınmalıdır.
13. Teklif veren firma, ünitemizde yerleşik Yıkayıcı Dezenfektör cihazı üreticisinden cihaza uygunluk yazısı sunmalıdır.

Meryem AKSAR



NÖTRALİZASYON SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yıkayıcı-Dezenfektörlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı; paslanmaz çelik, cam , seramik ve plastik malzemelerin alkalik temizlenmesinden sonra nötralize amaçlı kullanılmalıdır.
2. Tıbbi aletlerdeki ağır su kireci ve asitte çözünen minerallerin giderilmesinde kullanılmalıdır.
3. Solüsyon >%30 organik bir asit olan, sitrik asit içermelidir.
4. Dozaj aralığı 1-2 ml/Lt. olmalıdır.
5. Solüsyon, Yıkayıcı Dezenfektörlerde 40°C -60°C sıcaklık aralığında nötralizasyona uygun olmalıdır.
6. Ph değeri 1,2 olmalıdır.
7. Doğaya zarar vermemeli, biyoçözünür olmalıdır.
8. Solüsyonu içeren bidonlar, geri dönüşümlü olmalıdır.
9. Alkali solüsyon ile aynı marka olmalıdır.
10. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
11. EN ISO 15883-5 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır.
12. Nötralizasyon solüsyonu veren firma beraberinde 5 litre başına 1 test protein testi vermelidir.
13. İhale öncesi ilgili birimlerden kirlilik testleri ile uygunluk alınmalıdır.
14. Teklif veren firma, ünitemizde yerleşik Yıkayıcı Dezenfektör cihazı üreticisinden cihaza uygunluk yazısı sunmalıdır.

Meryem AKSAR

