


SPO2 ÖLÇÜM ARAKABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PETAŞ marka KMA800 model Hastabaşı monitör cihaza uygun olmalıdır.
2. Boyu en az 2.m olmalıdır.
3. Prob takıldıktan sonra probun çıkmasını engelleyici şeffaf plastikten yapılmış kapağı olmalıdır.
4. Konnektör kısmı renk kodlu olmalıdır.Konnektöründe mutlaka kablo karuyucu olmalıdır.
5. Kablonun prob giriş kısmı plastik enjeksiyon olmalıdır.Kesinlikle vidalı olmamalıdır.Ara kablunun prob bağlantı kısmı kutu şeklinde olmamalı prob ve ara kablunun bağlantı kısmı gözle görülebilmelidir.
6. SPO2 ara bağlantı kablosu poliüretan materyal ile kaplı olup kırılmalara karşı esnek yapıya sahip olmalıdır.
7. CE belgesi olmalıdır.Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO 9001:2008,ve ISO 13485:2012 belgesi olmalıdır.
8. Kullanılacak olan SPO2 ölçüm ara kablosu 6 ay süre ile garantili olacaktır.
9. Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalıdır.

SPO2 ÖLÇÜM KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alınacak olan SPO2 ölçüm kablosu orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen SPO2 ölçüm kablosu kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici SPO2 ölçüm kablosu üretici firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
2. Kullanılacak olan SPO2 ölçüm kablosu 6 ay süre ile garantili olacaktır.
3. SPO2 ölçüm kablosu yetişkin hastalara uyumlu parmak tipi olacaktır.
4. SPO2 ölçüm kablosu CE belgeli olmalıdır.
5. Alınacak olan SPO2 ölçüm kablosu temizlenebilir ve temizlik malzemelerine karşı dayanıklı yapıda olmalıdır.
6. Teklif veren firma tarafından numune istenilecektir. Komisyonca beğenilmediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin geri iade edilebilecektir.
7. Alınacak olan SPO2 ölçüm kablosu fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.


FİDAN DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

SPO2 ÖLÇÜM KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MİTAR marka 01RD model Hastabaşı monitör cihaza uygun olmalıdır.
2. Alınacak olan SPO2 ölçüm kablosu orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen SPO2 ölçüm kablosu kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici SPO2 ölçüm kablosu üretici firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
3. Kullanılacak olan SPO2 ölçüm kablosu 6 ay süre ile garantili olacaktır.
4. SPO2 ölçüm kablosu yetişkin hastalara uyumlu parmak tipi olacaktır.
5. SPO2 ölçüm kablosu CE belgeli olmalıdır.
6. Alınacak olan SPO2 ölçüm kablosu temizlenebilir ve temizlik malzemelerine karşı dayanıklı yapıda olmalıdır.
7. Teklif veren firma tarafından numune istenilecektir. Komisyonca beğenilmediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin geri iade edilebilecektir.
8. Alınacak olan SPO2 ölçüm kablosu fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptaledilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
9. Orjinal kutusunda olmalıdır.

Firat DURAK
Bağcıoğlu Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 596
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : MONİTÖRLER İÇİN SPO2 ÖLÇÜM KABLOSU ALIMI
Dosya Id : 1912

26.02.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.02.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif		
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar	
1	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK SPO2 ÖLÇÜM KABLOSU			10	Adet			
2	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK SPO2 ÖLÇÜM KABLOSU SPO2 ÖLÇÜM KABLOSU			10	Adet			
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU			5	Adet			
KDV Hariç Genel Toplam								



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.