



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 595
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 4 Kalem Tansiyon Manşonu, Ara Kablosu ve Ara Hortum Alımı
Dosya Id : 1911

26.02.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.02.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alinacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN			10	Adet		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP			5	Adet		
3	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN TANSİYON MANŞONU			10	Adet		
4	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP TANSİYON ARA HORTUMU			10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Alım kısmi teklife kapalıdır.

TANSİYON MAŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MİTAR marka 01RD model Hastabaşı monitör cihaza uygun olmalıdır.
2. Alınacak olan tansiyon maşonu orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen tansiyon maşonu kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici tansiyon maşonu üretici firmadan temin ettiği belgeleyecektir.
3. Kullanılacak olan tansiyon maşonu 6 ay süre ile garantili olacaktır.
4. Tansiyon maşonu yetişkin hastalara uyumlu olacaktır.
5. Tansiyon maşonu CE belgeli olmalıdır.
6. Alınacak tansiyon maşonu temizlenebilir ve temizlik malzemelerine karşı dayanıklı yapıda olmalıdır.
7. Teklif veren firma tarafından numune istenilecektir. Komisyonca beğenilmediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin geri iade edilebilecektir.
8. Alınacak olan tansiyon maşonu fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
9. Orjinal kutusunda olmalıdır.


Fırat DURAK

Abdi Daylar Hastanesi

Biyomedikal sorumlusu

TANSİYON MAŞONU ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MİTAR marka 01RD model Hastabaşı monitör cihaza uygun olmalıdır.
2. Alınacak olan tansiyon maşon ara kablosu orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen tansiyon maşon ara kablosu kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici tansiyon maşon ara kablosu üretici firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
3. Kullanılacak olan tansiyon maşon ara kablosu 6 ay süre ile garantili olacaktır.
4. Tansiyon maşon ara kablosu CE belgeli olmalıdır.
5. Alınacak tansiyon maşon ara kablosu temizlenebilir ve temizlik malzemelerine karşı dayanıklı yapıda olmalıdır.
6. Teklif veren firma tarafından numune istenilecektir. Komisyonca beğenilmediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin geri iade edilebilecektir.
7. Alınacak olan tansiyon maşon ara kablosu fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Orjinal kutusunda olmalıdır.


Kırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

NIBP HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PETAŞ marka KMA800 model Hastabaşı monitör cihaza uygun olmalıdır.
2. Boyu en az 2.m olmalıdır.
3. Hortumun bağlantı noktası maşona tam uygun olmalıdır.
4. Hortum hafif kırılmalarda hava akışını kesmemelidir.
5. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
6. CE belgesi olmalıdır.Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO 9001:2008,ve ISO 13485:2012 belgesi olmalıdır.
7. Kullanılacak olan SPO2 ölçüm ara kablosu 6 ay süre ile garantili olacaktır.
8. Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalıdır.

TANSİYON MAŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tansiyon maşonu çok kullanımlı olmalıdır.
2. Yetişkin hastalar için maşon boyu kullanıcı tarafından istenilen ölçüde olmalıdır.
3. Maşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
4. Maşon üzerine hangi hasta grubu olduğu belirtilmeli,maşon üzerinde yazı ile hasat cildine değecek kısım belirtilmelidir.Dış kısımda kalacak bölümde mutlaka yazı ile belirtilmelidir.
5. Maşon üzerinde index çizgisi belirtilmelidir.
6. Maşon üzerinde kullanım alanını gösterir range çizgileri olmalıdır.
7. Maşonun dış yüzeyi yıkanabilir olmalı,maşonun yapıldığı malzeme yün alaşımly yumuşak TPU olmalıdır.
8. Maşonun üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
9. Maşon iç lastiksiz olup dayanıklı TPU malzeme olmalıdır.PVC yada latex içermemelidir.
10. Maşonun üzerine nasıl kullanılacağı ve nasıl takılacağı yazı ile belirtilmelidir.
11. CE belgesi olmalıdır.Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO 9001:2008,ve ISO 13485:2012 belgesi olmalıdır.
12. Hastanenin isteğine göre tek hat veya çift hat verilebilmelidir.

Fatih DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu