



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM CİHAZ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/03/2020 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İŞIKLI BASPLAK POLİMERİZASYON CİHAZI	ADET	1		
2	ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ  
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrağın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 3087eb82-c46b-4fe4-9814-40ff43007612 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## **IŞIKLI BASPLAK POLİMERİZASYON CİHAZI**

1. Cihaz dijital zaman göstermeli olmalıdır.
2. Geniş iç haznesi en az 2 ölçü kaşığına ya da 2 adet alçı modeli alabilecek kapasitede olmalıdır.
3. Yüksek güç çıkışlı ultraviyole ışık vermeli ve ışık kaynağının ömrü en az 5000 saat olmalıdır.
4. Cihaza arka arkaya ölçü kaşıkları ya da alçı modeller yerleştirilip çalıştırılabilmeli, iki çalışma arasında bekleme süresi olmamalıdır.
5. Maksimum 5 dakika içerisinde ölçü kaşığı ve kaide plağının hem iç hem de dış yüzeylerini tam olarak polimerize edebilmelidir.
6. Cihazın en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

## **ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI**

1. Cihaz tam otomatik olmalıdır.
2. Aljinat materyallerinin karıştırılmasını hem hızlandırmalı hem de standardize etmelidir.
3. Cihaz dişli sisteminin daha uzun ömürlü olması için sistem Driver Technologies ile üretilmiş olmalıdır.
4. Katı aljinat tekniği için de kullanılabilir olmalıdır.
5. Homojen, pürüzsüz ve hava kabarcıksız karıştırmalıdır.
6. Cihaz 3.600 rpm devir/dk sağlayan yüksek güce sahip olmalıdır.
7. Otomatik programlanabilir karıştırma süresi ile çalışma kolaylığı sağlamalıdır.
8. Ürünün 'CE' belgesi olmalıdır.
9. Teklif veren firmanın 'T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi' ve 'TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi' olmalıdır.
10. Cihaz her türlü aljinatı karıştırma özelliğine sahip olmalıdır.
11. Cihaz çalışma esnasında kapağın açılmaması için otomatik emniyet kilitli olmalıdır.
12. Cihazla birlikte en az 4 adet orjinal karıştırma kabı, 1 adet spatül, 1 adet su kabı ve 1 adet aksesuar kabı verilmelidir.
13. En az 5 renk kapak seçeneği bulunmalıdır.
14. 205 W x 245 D x 290 H mm boyutlarında olmalıdır.
15. Cihazın ön paneli üzerinde açma kapama düğmesi, 12 ayrı çalışma programını gösteren ışıklı LCD ekran ve programları hafızaya alma butonu olmalıdır.
16. Tüm programların karıştırma süreleri manuel olarak yükseltip, azaltılabilmelidir.
17. Cihaz toplam çalışma süresini gösteriyor olmalıdır.
18. Cihazın en az 2 yıl garantisi olmalıdır.