



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MİKROSKOP KILIFI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/03/2020 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MİKROSKOP KILIFI	ADET	60		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-imzalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ  
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden caef6d81-2d37-459b-9c07-bbfa60fa1b7 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Telefon No: (0 472) 312 60 47

## TEK KULLANIMLIK (DISPOSSIBLE) STERİL KILIF TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU:

Bu teknik şartname hastanemiz ihtiyacı için satın alınacak steril kılıf'ın teknik özelliklerini, kontrol ve muayene metotlarıyla ilgili hususları kapsar.

### 2. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Alımı yapılacak olan steril örtü, hastanemizde mevcut kullanılmakta olan Alman menşeli, Carl Zeiss marka, ameliyat mikroskobu ile tam uyumlu olmalıdır.
- 2.3. Steril örtü, tek kullanımlık (disposable) özellikte olmalıdır.
- 2.4. Steril örtünün objektif genişliği 65mm. olan mikroskoba uygun olmalıdır.
- 2.5. Steril örtünün objektif koruyucu ve optik kaliteyi engellemeyen kapağı bulunmalıdır.
- 2.6. Objektif kapağının koruyucusu ışığın geçişine kısmen bile olsa engel olmamalı, aydınlatmayı azaltmamalıdır.
- 2.7. Steril örtünün, yapısı asistan gözlem tüpünün geçebileceği sağ ve sol taraflarında yeri bulunmalıdır.
- 2.8. Mikroskobun düğmeleri steril örtü takıldıktan sonra görülebilmelidir.
- 2.9. Steril örtünün mikroskoba takılmasını takiben, mikroskop başlığı tam olarak steril edilmiş olmalıdır.
- 2.10. Örtü üzerinde yer alan açıklıklar yardımıyla objektif ve binoküler uçları dışarıda kalabilmelidir.
- 2.11. Steril örtü, dayanıklı, şeffaf, yumuşak ve kolayca takılabilen bir yapıya sahip olmalıdır.
- 2.12. Steril örtünün ana cerrah için çıkış, sağ asistan için çıkış ve/veya sol asistan için çıkış ve/veya karşı cerrah için çıkış olmalıdır.
- 2.13. Örtünün ölçüleri; en az 122cm\*209cm boyutlarında olmalıdır.
- 2.14. Steril örtünün raf ömrü en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
- 2.15. Numune istenecektir, klinik kontrolünden sonra onay verilecektir.

### 3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirilmesi yapılacaktır.
- 3.2. İstenilen numuneleri süresinde teslim etmeyen ve/veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdiği teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 3.3. Madde 2'deki vazgeçilmez teknik özellikler kısmındaki belirlenmiş özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.4. Bu şartnamede belirleyenmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.