T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/158 10.03.2020
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **MİKROBİYOLOJİ TESTLERİNİN ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12.03.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI (ANTİ-A)ALIMI	5	FLAKON		
2	MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI (ANTİ-B)ALIMI	5	FLAKON		
3	MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI (ANTİ-D)ALIMI	5	FLAKON		
4	HELİCOBACTER PYOLORİ DİREK ANTİJEN(HPSA)TESTİ(KASET TEST) ALIMI	250	TEST		

UYGUNDUR
10.03.2020
Dr.Vedat ARSLAN
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Diyadin Devlet Hastanesi

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTİ-A)

l- Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.

2- Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
4- Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren an az bir (l) yıl olmalldır.
5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, lOml Ilk ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden hBber vermek kaydı ile yeni miyatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
7- Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
8- Antijenler likit formda olmalıdır.
9- Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.
l l- Anti-Seıumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.

12- Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTİ-B)

1 -Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.

2- Kıtlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
4- ürün miyadı teslim tarihinden itibaren an az bir (l) yıl olmalıdır.
5- Orijinal ambalaj lı olmalı 10D testlik, lOm1 lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifın miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miyatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edıldiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
7- Ag1utinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
8- Antijenler likit formda olmalıdır.
9- Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.

10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.

11- Anti-Serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
12- Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTİ-D)

1-Kitler hızlı (l -10 dakikada) sonuç vermelidir.

2- Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
4- Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren an az bir (l) yıl olmalıdır.
5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, lOml lik ve danılalıklı olmahdır.
6- Reaktifın miktarı arnbalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır
7- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden hnber vermek kaydı ile yeni miyatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edıldiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
8- Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
9- Antijenler likit formda olmalıdır.
10- Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir. 11- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.
12- Anti- Serunılarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
13- Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.
14- Anti-D IgM ve IgG ye duyarlı olmalıdır.

HELİKOBAKTERPYLORİ DİREK ANTİJEN (HPSA) TESTİ (KASET TEST) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test gaita'dan alman ömeklerden Helicobacter Pylori antijeni tespit edebilmelidir.
2. Testler kaset formunda olmalıdır.
3. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.

Testin çalışma prensibi renklcndirilmiş kroma'tografik immunoassay tekniğine dayalı olmalıdır.

4. Çalışma kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
5. Test sonuçları en geç 10 dakika içerisinde alınabilmelidir. Pozitif sonuçlar renk değişimine göre değerlendirilmelidir.
6. Kitin arnbalajında (kutusunda) orjinal kit ile aynı marka pozitif kontrol bulunmalıdır.
7. Test etripleti neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlanmış olmalı ve her ambalaj üzerinde orijinal olarak ambalaj ıçeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi ayrıca belirtilmelidir.
8. Test striplerinin doğru çalışması ve nemden etkilenmemesi için alt yüzeyleri özel kurutucu madde ile kaplanmış olmalı ve aliiminyum ambalaj İçerisinde hava almayacak şekilde bulunmalıdır.
9. Seyreltici maktif gaita toplama tipleri içerisinde bulunmalı ve tüpün uç kısmında ki partiküllerin dışarı çıkmasını önleyecek şekilde özel filtre sistemi yerleştirilmiş olmalıdır,
10. Testin performansının değerlendirilmesinde ELISA yöntemi ile kıyaslanmış olması gerekmekte ve testin hassasiyeti (sensivitesi) %94 ten özgüllüğü (spesivitesi) %99 dan küçük olmamalıdır.
11. Kitler seyteltici reaktifleri çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığını getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifleri de dahîl olmak üzere oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. Kitin içerisinden test sıripleri, hazır seyreltici reaktif bulunan gaita toplama tüpleri vs kullanma talimatı çıkmalıdır.
13. Kit in AB konseyinin 98/79 EC direktifleri uyarınca düzenlenmiş CE belgesi olmalıdır.
14. Kit Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ayrıca kayıtlı olan ürün mutlaka onaylı da olmalı ve bu onay UBB kodları teklif mektubunda markalarıyla birlikte yer almalıdır. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Serhat DEMİR
Laboratuvar Teknikeri

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler
Müdürü

Diyadin Devlet Hastanesi
Dr. Vedat ARSLAN
Başhekim
Dip Tes No 202272