



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

18.03.2020

Sayı : 625
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : KOTER PLAK ARA KABLOSU ALIMI
Dosya Id : 2050

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU KOTER PLAK ARA BAĞLANTI KABLOSU			10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın Almanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KOTER PLAK ARA KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo içerisinde yüksek frekans ve 134-136 derece otoklava karşı dayanımı artıran teflon izolasyon malzemesi bulunmalıdır.
2. Kablonun dış kılıfı silikon olmalıdır. Kırılma ve bükülmelere karşı esnek ve dayanıklı olmalıdır.
3. Kablo Petaş marka petkot 500S model koter cihazına uygun olmalıdır.
4. Kablo en az 3mt uzunluğunda olmalı ve silikon kablodan yapılmış olmalıdır.
5. Kablonun iç iletkenleri yüksek frekansta ve yüksek akımda çalışmaya uygun olmalıdır.
6. Teklif veren firmanın ISO9001 ve ISO13485 sertifikaları olmalıdır.
7. Teklif veren firmadan numune istenilecektir. Komisyonca beğenilmediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin geri iade edilebilecektir.

~~Fırat DURAK~~
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

~~Sadullah Erkan DOĞAN~~
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri