



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 628  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : OKSİJEN MANOMETRESİ TÜP BAŞLIĞI ALIMI  
Dosya Id : 2052

18.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MANOMETRE OKSİJEN OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI			70	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## OKSİJEN MANOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (TÜP İÇİN)

- 1.Oksijen manometresinin gövdesi pirinç malzemeden mamul 40 mikron kaplı olmalıdır.
- 2.Su kabı kırılmaz polikarbon veya şeffaf makrolon malzemeden mamul en az 134 derecede otoklav edilebilir özellikte 400cc olmalıdır.
- 3.Manometre ayar skalası silinmez baskılı olmalı ve kullanıcı tarafından kolayca görülebilmelidir.
- 4.Oksijen debi ayar düğmesi paslanmaz çelikten iğne uçlu ve istenilen akışı kolaylıkla ayarlanabilir olmalıdır.
- 5.Su kabında maksimum ve minimum seviyesini gösteren işaretler olmalıdır.
- 6.Kapak üzerinde nemlendirilmiş oksijeni hastaya gidişini sağlayan bir uç bulunmalıdır. Bu uç hastanede kullanılmakta olan maske ve hortuma uygun olmalıdır.
- 7.Oksijen debi göstergesi 0-15 lt olmalıdır
- 8.Tüpe bağlantı rekoru  $\frac{3}{4}$  olmalıdır.
- 9.Tüp basıncını gösteren saat 0-300 olmalıdır.
- 10.CE 0476 belgesi olmalıdır.
- 11.Oksijen flowmetresinin kalibrasyonu uygun olmalıdır.(+1-(-1) dak/lt)
- 12.Yüklenici firma hastane istediğinde numuneyi satınalma birimine gönderecektir.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu