



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 651
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : J UÇLU KLAVUZ TEL ALIMI
Dosya Id : 2095

26.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.03.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KILAVUZ TEL 0,038X 180 CM J UÇLU	GR2029		300	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KLAVUZ TEL J UÇLU (0,038 İNCH) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1. Guidewire 0.038 inch kalınlığında ve minimum 180 cm boyunda olmalı**
- 2. PTFE ile kaplı ve fix-core olmalıdır.**
- 3. Pushabilite özelliği yüksek olmalıdır.**
- 4. Vücut ısısında şeklini ve ilerletilebilirlik özelliğini korumalıdır.**
- 5. Uç kısmı atravmatik (J şeklinde) olmalıdır.**
- 6. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.**
- 7. Teklif edilen malzemedен 1(bir) adet numune teslim edilecektir.**

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ö. Dip Tes. Kardiyoloji Uzmanı
Kardiyoloji Uzmanı

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ozkan KAYI
Dip. Tes. Kardiyoloji Uzmanı
Kardiyoloji Uzmanı