



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 652
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti
Dosya Id : 2096

26.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.03.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ACİL DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ			2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

A. KONU: Ağrı Devlet Hastanesi Merkez ve Acil Laboratuvarı Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti Alımı teknik şartnamesidir.

B. ALIM YAPILACAK OLAN KİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Alımı yapılacak olan kitlerin sayısı:

No	Malzeme adı	Miktarı	Birim
1	Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti	2	Adet

- 1) Kit laboratuvarında oluşabilecek biyolojik dökülmelerde kullanılabilecek absorban madde ve yardımcı ekipmanları içeren plastik ve kapaklı bir kutu veya kolay taşınabilir plastik çanta şeklinde olmalıdır.
- 2) Kit kutusu üzerinde biyolojik döküntü kiti olduğunu gösterir Türkçe etiket ve içerik bilgisi bulunmalıdır.
- 3) Kutu içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır.
 - 5 adet absorban ped
 - 1 adet koruyucu gözlük
 - 1 litrelik alkol bazlı yer ve yüzey dezenfektanı
 - 1 litrelik el ve cilt dezenfektanı
 - 1 adet 1000 gr'lık genel kullanım amaçlı absorban madde
 - 1 adet kontamine olmuş atık malzemelerin toplanmasına ve atılmasına uygun "Tehlikeli Madde" baskılı torba ve kapatma klipsi
 - 1 adet N95/FFP3 ventilli toz solunum maskesi
 - 1 çift çizme galoş
 - Bir çift biyolojik ve kimyasal kontaminasyona dayanıklı koruyucu eldiven
 - 10 adet yüksek emici güce sahip temizlik bezi
 - 1 adet sıvı geçirmez koruyucu kollu önlük
 - Faraş ve kazıyıcı
 - Temizlik süngeri
 - Sitotoksik döküntü ikaz levhası
 - Şematik kullanım talimatı
- 4) Yukarıda belirtilen tüm malzemeler kolay taşınabilir, kulplu, sıvı geçirmez plastik çanta veya plastik kutu içerisinde olmalıdır.
- 5) Absorban maddeler biyolojik ve kimyasallara karşı inert olmalıdır. Absorban maddeler dökülen sıvıyı kendi bünyesinde hapsederek sıvının laboratuvar çalışanları üzerindeki potansiyel tehlikelerini engellemelidir.

Uzm. Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: T1939
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Levent AKSOY
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 132844
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Devlet Hastanesi
Dr. Songül BOĞLU
Tıbbi Uzm.
Dip. No: 71445

- 6) Tüm kitlerin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, saklama koşulları, raf ömrü gibi özelliklerinin yer aldığı bir tablo ve kitlerin orijinal prospektüslerinden birer adet sunulmalıdır.
- 7) Teklif edilen kitler Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olmalı, uygun olduğuna dair Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi bankası (TİTUBB) barkod numarası verilmelidir.
- 8) Malzemelerin raf ömrü, teslim edildiği tarihten itibaren en az 6 ay olmalıdır.
- 9) Kullanım sırasında bir sorun çıkması durumunda; yüklenici firma, ilgili tüm malzemeleri, sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış, yeni üretim serisi sayılı (lot numaralı) malzemelerle ayrıca bir ücret talep etmeksizin değiştirmelidir.
- 10) Malzeme Muayene ve Kabul İşlemleri, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Uzm.Dr.Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No: 18339
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Levent AKSOY
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 192844
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Devlet Hastanesi
Dr. Songül HATİBOĞLU
Tıbbi Biyokimya Uzm.
Dip. Tes. No. 171445