



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
01-04-2020 10:15 - 36472700-020-184



Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : OKSİJEN FLOWMETRE ve NEMLENDİRME KABI MALZEME ALIM İŞİ
Dosya Id : 2130

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.04.2020 saat: 14:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda,Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	FLOWMETRE NEMLENDİRME KAVANOZU KAPAKLI 150 ML.			25	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
 - Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
 - Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
 - Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
 - Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
 - Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
 - İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
 - Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
 - Teknik Şartname ektedir.
 - En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
 - Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihlallerin halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren firmalar ürün görseli numune ve marka model belirterek teklif vermeleri gerekmektedir.Bu maddeye uygun teklif vermeyen firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.**
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
15 ADET OKSİJEN FLOWMETRE ve NEMLENDİRME KABI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firmanın Teknik Flowmetre oksijen akışını ayarlamak ve kontrol etmek için tasarlanmış olmalıdır.
2. Flowmetrenin skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Flowmetrenin paslanmaz malzemeden imal edilmiş uzun ömürlü iğne valfi bulunmalıdır.
4. Flowmetrenin skalası 0-15 lpm aralığında olmalıdır.
5. Flowmetre , oksijen prizine uyumlu adaptörlerle kullanıma uygun olmalıdır.
6. Flowmetrenin iç tüpü 0 – 15 lt/dk standart ölçekte işaretlemeli olmalıdır.
7. Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
8. Nemlendirme şişesi otoklavda 134 derecede steril edilebilir olmalıdır.
9. Nemlendirme şişesi 150 ml kapasiteli olmalıdır.
10. Boyu ise 28,5 cm olmalıdır. Daha büyük boydaki ürünler sistemimize uymamaktadır.
11. Nemlendirme şişesi plastik kapaklı olmalı ve kapak üzerinde bağlantı somunu, hortum bağlantısı, Emniyet valfi bulunmalıdır.
12. Flowmetre ve nemlendirme şişesi fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
13. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
14. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
15. Fiyat veren her firma fiyatlarıyla birlikte hastanemiz oksijen yatak başlarına uygun 1 adet numune oksijen flowmetresi göndereceklerdir.
16. **Gönderilen numune hastanemiz teknik elemanları tarafından sistem üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.**
17. **Uygun olan teklif mektupları ve flowmetreleri numune üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.**
18. **Numune gönderimi yapılmayan hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacak olup teklif geçersiz sayılacaktır.**

31.03.2020

Erhan KAHRAMAN
Acil Sorm

Erdoğan GÜNEŞ
E. Teknisyeni

F. Fırat CELİK
S. Teknisyeni