



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **4 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05/05/2020** tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU	ADET	3		
2	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU (YETİŞKİN)	ADET	6		
3	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP HORTUMU	ADET	3		
4	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU(PEDIATRİK)	ADET	6		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

e-Posta: İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 83c1f2f1-92f1-43c9-b905-80a1777eb886 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Tansiyon Manşonu Teknik Özellikleri

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. Manşon çok kullanımlık tip olmalıdır.
3. Manşon monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu olmalıdır.
4. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
5. Manşon PVC, lateks ve silikon içermemelidir.
6. Manşon kullanıcı tarafından kolay tanınabilmesi için renk kodlu olmalı ve ürün üzerinde boyut bilgilerini içermelidir.
7. Manşon monitör NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
8. Manşonun takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
9. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
10. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Numune onayı alınmalıdır.
11. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
12. Manşon üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
13. Manşonu takacak olan personelin ürünün takılacağı tıbbi cihaz ile alakalı üreticiden alınmış eğitim sertifikası olmalıdır ve hastaneye ibraz etmelidir.

Kol Çevresi:

22-26 cm (küçük erişkin)

27-34 cm (erişkin)

35-44 cm (büyük erişkin)

45-52 cm (adult- thigh-uyluk)

Manşet Boyutu:

12-22 cm

16-30 cm

16-36cm

16-42 cm

olacak şekilde farklı boyutlardaki manşonlardan 3'er adet istenmektedir.

Diploma Tescil No: 197304

Nilsah ÇİMEN

Prostesi Birim Sorumlusu

Prostesi Teknikeri

(Signature)

NIBP Ara Kablosu Teknik Şartnamesi

1. Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. Ara kablo tansiyon manşonlarıyla uyumlu, çok kullanımlık tip olmalıdır.
3. Ara kablonun uzunluğu en az 3,70 cm olmalıdır.
4. Ara kablo monitördeki manyetik alan sistemine uygun olmalıdır.
5. Ara kablo NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
6. Ara kablo TPE'den üretilmiş olmalıdır (termoplastik elastomer), PVC ve lateks içermemelidir.
7. Ara kablo bükülmelere karşı tıkanmayan bir tasarıma sahip olmalıdır.
8. Kablonun takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
9. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
10. Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
11. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Numune onayı alınmalıdır.
13. Hortumu takacak olan personelin ürünün takılacağı tıbbi cihaz ile alakalı üreticiden alınmış eğitim sertifikası olmalıdır ve hastaneye ibraz etmelidir.

Toplamda üç adet olmak üzere ilgili hastaneye teslim edilmelidir.

Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Betül Denizli
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Diploma Tescil No: 157968

Dilshan GÖKAR
Anestezi Birim Sorumlusu
Anestezi Teknikeri



3 Lead EKG Kablosu Teknik Özellikleri

1. Kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. Kablonun uzunluğu en az 1 metre olmalıdır.
3. Kablo renk kodlu olmalıdır.
4. Ameliyathanede elektrocerrahi cihazları kullanıldığı takdirde doğru ölçümler alabilmek için kablo MultiMed Pod'a ESU blok bağılyken kullanılabilir olmalıdır.
5. Kablo PVC ve lateks içermemelidir.
6. Kablonun takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
7. EKG kablosu cihazların EKG kanalı milivolt testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve numune onayı almalıdır.
8. Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
9. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
10. Kablo cihaz ile aynı firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
11. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
12. Kabloları takacak olan personelin ürünün takılacağı tıbbi cihaz ile alakalı üreticiden alınmış eğitim sertifikası olmalıdır ve hastaneye ibraz etmelidir.

Toplam 3 kalem hastaneye teslim edilmelidir.

12.11.2023
Yazdır Devlet
nt. Bt: Beştili
Ticari ve F

Bilgin ÇAKAR
Dinleste İsim Sınavcısı
Araştırma Teknikleri
Çakır