



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/05/2020 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SANTRAL VENÖZ KATATER 7 F	ADET	50		
2	ENDOTRAKEAL TÜP 7	ADET	150		
3	ENDOTRAKEAL TÜP 7.5	ADET	150		
4	ENDOTRAKEAL TÜP 8	ADET	60		
5	ENDOTRAKEAL TÜP 8.5	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30
e-Posta: ; tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER


Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 49dd8015-bd75-4b2e-9e38-6e35363ba7d4 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ENTÜBASYON TÜPÜ (Kafli, 7-7,5-8-8,5 Numara) ŞARTNAMESİ

- 1-Tüp Medikal PVC'den yapılmış ve iç kısmı görülecek şekilde şeffaf olmalıdır.
- 2-İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 3-Nontoksit ve ajirojen olmalıdır.
- 4-Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-Ray opak çizgi bulunmalıdır.
- 5-Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
- 6-Tüpün ucunda yüksek volüm ve düşük basınçlı balon bulunmalıdır.
- 7-Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
- 8-Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
- 9-Tüpler steril tekli paketlerde olmalıdır.

Dr. Betül DENİZLİ



SANTRAL VENÖZ KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter Poliüretandan Mamul Olmalı, Bu Malzemenin Özellikleri Vücut Isısında Yumuşayarak Travmaya Yol Açmamalı, Biouyumlu Olmalı Güçlü Kopma Direnci Olmalı Ve Trombus Oluşumuna Direnç Göstermelidir.
2. Kateter 3 lümenli 7 F olmalıdır, lümenlerin biri 16 G, diğer ikisi 18 G olmalıdır. Her bir lümenin ucuna takılabilmesi için 3 adet enjeksiyon kapağı bulunmalıdır Kateteri sabitlemek için 2 adet fiksasyon klemp bulunmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 20 cm, kateter dış çapı 2,3 mm olmalıdır.
4. 'Katetere Bağlı Enfeksiyon' Riskinin Azaltılması Amacıyla Kateterler Chlorhexidine Ve Silver ulfadizine Karışımı İle Kaplanmış Olmalıdır.
5. Bu Kaplama, Katetere Bağlı Enfeksiyonlarda Yaygın Olarak Görülen Staphylococcus Epidermidis'e Karşı Bir Önlem Oluşturulmalıdır.
6. Yine Bu Kaplama Sayesinde Enterocci Ve Candida Gibi Katetere Bağlı Kan Sistemi Enfeksiyonlarıyla Ortaya Çıkan Patojenlere Engel Olmalıdır
7. Kaplamada Bulunan Chlorhexidine Bakteri Duvarının Geçirgenliğini Yükseltmeli, Gümüş İyonları İse Bu Duvarlardan Geçerek Bakteri Dna'sına Yapışarak Üremelerini Ve Etkin Olmalarını Engellemelidir.
8. Bu Kaplama Taşıyan Kateterler Bakteri Kolonizasyonuna Ortam Hazırlayan Fibrin Kılıf Oluşumunu Bastırmalıdır.
9. Kaplamanın Etkinliği Ve Sonuçta Maliyetlerde Düşüş Sağlayacağı Geniş Literatür Desteği İle Gösterilmelidir.
10. Kateterin Distal Ucu Daha Yumuşak Bir Materyalden İmal Edilmiş Olmalı, Bu Sayede Hastada Kaldığı Sürece Damar İrritasyonuna Yol Açmamalıdır.
11. Kateterin Üzerinde Cm Olarak İşaretlenmiş Yerleştirme Markerleri Bulunmalıdır.
12. Radyopasitesi Yüksek Olmalıdır.
13. Setin İçerisinde 0,035''lik 60 Cm Uzunluğunda Bir Ucu J Diğer Ucu Düz İki Taraflı Guidewire, Guidewire'in Tek Elle Manipule Edilebilmesini Sağlayan Plastik Sürücü, 18 Ga'lık Ponksiyon İğnesi, Dilatör, Ekstension Hatları Üzerinde Klemp ve Septumlu Enjeksiyon Kapakları Bulunmalıdır.

Dr. Betül DENİZLİ

