



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ISI NEM ÖLÇER ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/06/2020 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ISI NEM ÖLÇER	ADET	8		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Nebahat YİĞİT
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta

r İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 5ee1269-4e09-4bc2-a016-400dc6fd732e kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ISI TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Isı takip cihazı ortamlarda ve cihazlarda (buzdolabı ,derin dondurucu v.s) sıcaklık ve nem takibi yapmalıdır.
2. Cihaz belirtilen ortam ve cihazlarda yaptığı ölçümler sonucunu kablolu veya kablosuz olarak bilgisayar ortamına aktarılabilir ve yazılımına ile kayıt altına alınabilmelidir.
3. Cihaz belirlenen sıcaklık ve nem aralığı dışına çıktığı zaman sms, email, atabilmelidir.
4. Firma 2 yıllık sms giderlerini karşılamalıdır.
5. E-mail sınırsız sağlamalıdır.
6. Cihaz üzerine kayıt yapmalıdır. İstenildiği vakit kablosuz veya kablolu bağlantı yapıp kayıtlar görülebilmelidir.
7. Cihaz üzerinde en az 1 ısı ve 1 ısı ve nem sensörü bulunmalıdır. İstenildiği vakit bunun üzerine kablosuz sensörler eklenebilmelidir.
8. Cihaz ortamın sıcaklık dereceleri C (santigrat) cinsinden ve ortamın nem derecelerini %Rh cinsinden ölçebilmelidir.
9. Sıcaklık sensörü: -55°C , +125°C arasında ,Nem sensörü: 0.1-99.9% RH arasında değer okuyabilmelidir.
10. Sıcaklık duyarlılığı: ± 0.1 °C Nem duyarlılığı: ± 1 %RH dir.
11. Sıcaklık ölçüm belirsizliği %1 ve nem ölçüm belirsizliği %3 dür.
12. Cihazlar lcd ekrana sahiptir.
13. Harici batarya ile elektrik kesintilerinden etkilenmez.
14. Cihaz kendi üzerine belirlenen aralıklarda kayıt yapmalıdır.
15. Cihaz bilgisayar programıyla birlikte teslim yapılmalıdır ve bunun için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
16. Cihaz isteğe bağlı kullanıcıya sms gönderebilmektedir.
17. Sms bildirim aralığı isteğe bağlı değiştirilebilmektedir.
18. Cihaz dili Türkçe olmalıdır.
19. Sisteme yeni bir cihaz eklenilmesi uygun olmalıdır.
20. Hastanenin isteğine bağlı olarak veriler Sağlık Bakanlığının serverına aktarılabilirmelidir.
21. Cihaz garantisi 2 yıldır.
22. Yazılımsal arızalara uzaktan masa üstü ile müdahale edilebilmelidir.
23. Garanti belgesi cihazla birlikte verilmelidir.

24. Ürünün deması yapıldıktan sonra komisyon kararı ile kabulü yapılacaktır.


Doç.Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hast.
Uzm.Dr.M.Akif BILDİRİCİ
Tıbbi Bivokimya
Dip. Tes.No:172899

DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
Uzm.Dr. Yavuz ALPER
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Tes.No: 172835-137778