



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı : B.104LSM.404.3001/.....  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : SEDİMENTASYON TÜPÜ ALIM İŞİ  
Dosya Id : 2381

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ  
11.06.2020 16:13 - 36472700-020-316



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.06.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	VAKUMLU, SEDİMENTASYON TÜPÜ			600	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2020  
Kişi / Oda / Firma, Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satın Alınmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:MOLLASÜLEYMAN YOLU ÜZERE NO 120 İSTİKLAL MAHALLESİ  
ELEŞKİRT/AĞRI  
Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963  
E-Posta: satinalmaeleskirdh@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Necla URAZ -  
noticross@gmail.com



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
SEDİMANASYON TÜPÜ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1. Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
2. Satın alınacak sedimentasyon tüpleri kendinden sitratlı olup, toplam 2 ml hacmi geçmemelidir.
3. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre siyah renkte olmalıdır. Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
4. Tüplerle birlikte teklif edilen tüplerin manuel kullanımına uygun olmak kaydıyla sedimentasyon sehpaları gerekli tüm malzemelerle (zaman ayarlı çalar aparat) birlikte verilmelidir.
5. Ölçüm skalası 1-140 mm/saat olmalıdır.
6. Tüpler vakumlu olmalıdır. Hastanemizde kullanılan vakumlu kan alma sistemi ile uyumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaret olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır.
7. Tüplerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.
8. Tüplerin açık ucu, içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik veya kauçuk tıpa ve bunun üzerinde koruyucu kapak ile kapatılmış olacaktır. Vakumlu tüpün çekmesi gereken minimum kan miktarı, tüp üzerinde alt sınır çizgileri ile belirtilmiş olmalıdır.
9. Tüplerin üzerinde kaç ml kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
10. Tüpler tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalıdır.
11. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
12. Tüplerin uygunluğu denenip onaylanacaktır.
13. Ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafından bu kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır. Söz konusu belgeleri olmayanlar ihale dışı kalacaktır.
14. Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
15. Sonuçlar mm/saat olarak westergren korelasyonunda ifade edilmelidir.
16. Toplamda 600 adet Sedimentasyon tüpü alınacaktır.

  
Bünyamin SAYLAN  
Lab. Sor.

  
Muazzez ÇETİN  
Lab. Tek.