

KONDENSTOP ŞARTNAMESİ

Yarım parmak ölçüsünde olmalıdır.

Otoklav cihazın buhar tahliye sisteminde kullanmaya uygun olmalıdır.

150°C ' ye dayanıklı olmalıdır.

90° ve 180°'ye bağlantıya uygun olmalıdır.

Parçalar orijinal olmalıdır

ÇEK VALF KLAPESİ

Slikon kauçuk özelliğinde olacaktır.

200 Dereceye dayanıklı olmalıdır.

T rans Marka otoklav cihazlarına uyumlu olmalıdır.

Yüksek basınç buhar ve sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

Kullanılacağı çekvalfin ölçüsüne uygun olmalıdır.

PARÇA ORJİNAL OLMALIDIR

EMNİYET VENTİLİ

Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalıdır

140 DERECELİK buhara dayanıklı olmalıdır

TEL FİLTRELİ ve temizlenebilir olmalıdır

Trans marka cihaza uyumlu olmalıdır

PARÇA ORJİNAL OLMALIDIR

YAZICI TERMAL

Trans marka cihaza uyumlu olmalıdır

PARÇA ORJİNAL OLMALIDIR

O Cihazdan almış olduğu verileri çıktı olarak yaza bilmelidir

Meryem AKŞİTİZ
Olu

HEPAFİLTRE

- Trans marka yıkama cihazlarının kullanımına uygun olmalıdır.
- 0,2 mikron olmalıdır.
- Bağlantı kesiti ½" olmalıdır.
- 150 °' ye dayanıklı olmalıdır.
- Cihazlara rahatlıkla takılabilmelidir
- Parça orijinal olmalıdır
- Ürün onayı verildikten sonra 10 iş günü içerisinde biomedikale elden teslim edilecektir
- Biomedikal onay verilmeyen parçalar teslim edilecektir

KAPI CONTASI

- 1 TRANS marka cihaza uyumlu olmalıdır
- 2 4 En az 140sıcaklığa dayanıklı olmalıdır
- iç çapı 3mm olmalıdır
- Parça orijinal olmalıdır
- Biomedikal onay verilmeyen parçalar teslim edilecektir

Meryem AKŞAR
a