T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/..... 07.07.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN OKSİJEN SENSÖRÜ ALIM İŞİ
Dosya Id : 2479

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.07.2020 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KÜVÖZ OKSİJEN SENSÖRÜ ALTIN KAPLI 3 PİN OKSİJEN SENSÖRÜ			10	Adet		
						KDV Hariç Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2020
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
Ilgili Kişi : Yunus ÖZYOLCU -

KÜVÖZ OKSİJEN SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oksijen sensörü MAGIC LOGGIA M model kuvozlerde uyumlu çalışacaktır.

2. Oksijen sensörü orijinal ambalajında olacaktır.

3. Oksijen sensörü küvöze kolayca takılıp çıkartılabilmelidir.

4. Oksijen sensörü Hastaya giden havadaki oksijen konsantrasyonunu ölçüp cihaz monitöründe görülebilmesine olanak sağlamalıdır.

5. Sensör teklifi veren firma , MAGIC LOGİA Model Cihazlarına servis verme ve bakım yapma yetkisine sahip olduğunu belgelenmelidir.

6. Teklif veren firmalar oksijen sensörü arızalarında en fazla 24 saat içerisinde cihaza müdahale edeceğini taahhüt edip teklif dosyasında sunacaktır.

7. Teklif veren firmaların, TSE kurumu ve Sanayı Bakanlığından alınmış bulunan hizmet yeterlilik belgesine sahip teknik servisi olmalı, bu belgeler teklifle beraber verilmelidir.

8. İhaleyi alan firma klinikte kullanılan ilgili küvöz cihazlarının bakım onarım, eğitim gibi ihtiyaçlarını hiç bir talep etmeden 1 (bir) yıl boyunca her 6 ayda bir klinik bilgisi dâhilinde yapacaktır.

9. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "teknik şartnameye uygunluk belgesi" mutlaka hazırlanacaktır.