



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
08.07.2020 09:59 - 36472700-020-383



Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : İŞİNLİ DOLGU CİHAZI ALIM İŞİ
Dosya Id : 2518

08.07.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	İŞİNLİ DOLGU CİHAZI			2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

EK : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
IŞINLI DOLGU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bağımsız şarj edilebilir tipte olmalıdır.
2. Soğuk ışık vermelidir.
3. Işık kaynağı led tipi olmalıdır.
4. Tüm marka ve renklerdeki restorative materyaller için kullanılabilmelidir.
5. Işın gücü 430-490 nanometre (Nm) olmalıdır.
6. Işık yoğunluğu 5 farklı program seçenekleriyle ayarlanabilmelidir.
7. Program seçenekleri;
 - Standart mod: çıkış 900 mw/cm² zaman seçimi 5-10-15-20 sn.
 - Yüksek mod: çıkış 1300 mw/cm² zaman seçimi 3-6-9-12 sn.
 - Yumuşak başlangıç modu: çıkış 0 dan 1300 mw/cm² zaman seçimi 3-4-5 sn.
 - Ortodontik mod: çıkış 1800 mw/cm² zaman seçimi 3-4-5 sn.
 - Extra mod: çıkış 2700 mw/cm² zaman seçimi 1-2-3 sn olmalıdır.
8. Maksimum çıkış gücü 2700 mw/cm² olmalıdır.
9. Üzerinde start-stop düğmesi, zaman seçim düğmesi bulunmalıdır.
10. Sürenin başında ve sonunda aynı ışın yoğunluğuna sahip olmalıdır. (FULL POWER)
11. Başlangıçta sona doğru artan oranda ışın yoğunluğuna sahip olmalıdır. (RAMPİNG)
12. Dalgalı ışın yoğunluğu olmalıdır.
13. Paket içeriğinde ışık probu ışık filtre camı, el tutamağı, tek kullanımlık ışık probu önlüğü, batarya kablosu, şarj standı bulunmalıdır.
14. Ürün garantisi min. 2 yıl olmalıdır.

08.07.2020

Emine ERDOĞAN
Diş Tabibi

Adem DURSUN
Diş Tabibi