



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 784
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 2 Kalem Boy Kilo Ölçer Alımı
Dosya Id : 2526

09.07.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal Uluoğlu
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	AĞIRLIK - UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, MEKANİK, PEDIATRİK HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI BOY KLİO ÖLÇER PEDIATRİK			2	Adet		
2	AĞIRLIK - UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, MEKANİK, YETİŞKİN HASTA BOY ÖLÇÜM CİHAZI BOY KİLO ÖLÇER YETİŞKİN			3	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

BOY KİLO ÖLÇER BASKÜL (DİJİTAL- YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalıdır.
2. Tartı gram hassasiyetiyle tartım yapabilmelidir.
3. Hem elektrik (220 V/AC) hem pil (6X1,5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Tartı aleti ile birlikte cihazın orijinal adaptörü verilmeli. Piller alkalimli olmalıdır.
4. Kg biriminde ölçüm yapabilmelidir.
5. Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı, kullanılmadı zaman kendi kendine kapanmalıdır.
6. Cihazın kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlek sistemi olmalıdır.
7. Cihaza teleskopik boy ölçme çubuğu monte edilmek suretiyle tartım/ölçüm bir arada yapılabilirdir.
8. Boy ölçme çubuğu paslanmaz metalden imal edilmiş olmalıdır.
9. Boy ölçme çubuğu teraziye veya duvara monte edildiğinde her iki şekilde de ölçüm yapılabilirdir.
10. Ölçülen boy her zaman göz hizasında okunabilmelidir.
11. Tartı aletinin platformu 35x40 cm'den küçük olmamalıdır.
12. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

Uzm.Dr. Melih ÇAMCI
Acil Tıp Uzm. Ağrı D.H.
Dip. Tes. No: 170828 Uzm. Tes. No: 138235