



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 787
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Hasta Isıtma Soğutma Battaniyesi
Dosya Id : 2528

09.07.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HASTA ISITMA SOĞUTMA BATTANİYESİ			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

TEK KULLANIMLIK HASTA ISITMA BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yetişkin battaniye boyutları, boyu en az 200 (ikiyüz) cm ve eni en az 120 (yüzyirmi) cm olmalıdır.
2. İki katmandan oluşmalıdır. İç katman içerisinde battaniyelerde özel gözenekler olmalıdır. O gözenekler vasıtasıyla hasta hipotermisi sağlanmalıdır.
3. Battaniye lateks malzeme içermemelidir. Battaniye oluşabilecek nekroz ve bası yaralarında tedavi amaçlı gümüş iyon içermelidir. Battanide sıvı birikmesini engellemek amaçlı sıvı drenaj delikleri bulunmalıdır.
4. Battaniye röntgen filmi (x-ray transparent) çekilmesine uygun yapıda olmalıdır.
5. Isıyı battaniye içerisine yayan özel tasarımı bulunmalıdır.
6. Battaniye üzerindeki cihazın hava bağlantı hortumunun çıkmaması ve diğer marka cihazlarla da kullanılabilmesi için özel Universal bağlantı (ipli tip bağlama) kemeri olmalıdır. Karton bağlama olmamalıdır.
7. Firma battaniler karşılığında 1 adet cihazı kullanılmak üzere istem yapan kliniğe bırakmalıdır.
8. Cihazın üzerinde en az 4 (dört) farklı ısı kademesi olmalıdır. Bunlara 32,38,43,45 (otuziki, otuzsekiz, kırkçüç, kırkbeş) kademelerinden oluşmalıdır. Cihaz ani ısı ve özellik dışı bir durumda kendini kapatmalıdır. Bu durum serviste denenecektir.
9. Hasta ısıtma sistemi en yüksek ısı 45 C (kırkbeş) kademesinden 15 (onbeş) dk aralıkla bir alt sıcaklık kademesine otomatik olarak geçebilmelidir.
10. Teklif edilen battaniyeyle cihazı birebir uyumlu olmalıdır.
11. Battanilerin ubb kaydı bulunmalı, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 12.2 (iki) yıl garanti kapsamında cihaz bakımı ve filtre değişimi ücretsiz olarak yapılacaktır.
13. Arızalı cihaz en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde onarılmalı veya geçici olarak bir cihaz bırakılmalıdır.
14. Battaniye ıslak olan kişide ısıtmada her hangi bir temassızlık oluşturmamalı ve kişiye zarar vermeden kullanılabilinmelidir.
15. Uygunluk numune değerlendirildikten sonra verilecektir.
- 16.1 (bir) cihaza 10 (on) adet verileceği firma tarafından, birimi mağdur etmeyecek şekilde ortak karar verilecektir. Maddelere uygunsuzluk durumunda ürün kabul edilmeyecektir.

Uzm. Dr. Metin CAMCI
Acil Tıp Uzm. Ağrı D.H.
Dip. Tes. No: 170928 Uzm. Tes. No: 138335