



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 785  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Sedimentasyon Tüpü  
Dosya Id : 2530

09.07.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/ İşin |   |          |     |         |        |       |       |
|----------------------------|---|----------|-----|---------|--------|-------|-------|
| S.No                       | Malın/İşin Cinsi                                    | Sut Kodu | UBB | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1                          | VAKUMLU, SEDİMANASYON TÜPÜ, SİTRATLI, SİYAH KAPAKLI |          |     | 2.000   | Adet   |       |       |
| KDV Hariç Genel Toplam     |   |          |     |         |        |       |       |

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

**A. KONU:** Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarında “**Sedimentasyon Testinin**” yapılabilmesi için alınacak olan sedimentasyon tüpü teknik şartnamesidir.

**B. SEDİMENTASYON TÜPLERİNİN ÖZELLİKLERİ:**

1. Alımı yapılacak olan sedimentasyon tüplerinin sayısı:

| No | SUT Kodu | Tetkik Adı    | Test Miktarı           |
|----|----------|---------------|------------------------|
| 1  | L106650  | Sedimentasyon | 2000 (ikibin) adet tüp |

- Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, LOT numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
- Satın alınacak sedimentasyon tüpleri; sitratlı olup, toplam 2 ml hacmi geçmemelidir. Ayrıca cam malzemeden yapılmış olup, orijinal ambalajında ve tek kullanımlık olmalıdır.
- Teklif edilen sedimentasyon tüplerinin manuel kullanımına uygun 3 (üç) adet sedimentasyon sehпасı verilmelidir.
- Tüpler, steril, vakumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaretler olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır. Tüplerin vakumlarında herhangi bir sorun olduğunda yüklenici tarafından derhal yenileri ile değiştirilecektir.
- Tüplerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır.
- Tüp kapakları vakumlu sistemle çalışmaya uygun olmalıdır ve vakum özelliği en az 1 yıl değişmemelidir. Vakum problemi olan tüpler, derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- Tüplerin üzerinde kaç ml kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
- Tüplerin uygunluğu biyokimya uzmanı tarafından denenip onaylanacaktır.
- Hatalı sonuçlara neden olduğu kanıtlanan veya üretim hatası olan tüpler, derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- Laboratuvar malzemelerin teslim alınmadan önceki transport, kötü koşullarda saklanma, fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. Kullanım sırasında fark edilecek olan bu tür sorunlarda malzemeler derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Ağrı Devlet Hastanesi  
Dr. Songül HATİBOĞLU  
Tıbbi Biyokimya Uzm.  
Diy. Tes. No. 171445

13. Kitler 09 OCAK 2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine” uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi  
Dr. Songül HATİBOĞLU  
Tıbbi Biyokimya Uzm.  
Bip. Tes. No. 171445