



T.C.
AGRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA ALIMI
Dosya Id : 2536

AGRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
13.07.2020 09:20 - 36472700-020-388



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.07.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	AR2100 VIEW MODEL EKG CİHAZI EKG KABLOSU			4	Adet		
2	BLT E80 MARKA EKG KABLOSU			3	Adet		
3	BIOCARE ECG 1200 MARKA EKG KABLOSU			1	Adet		
4	GE MARKA HASTA BAŞI MONİTÖR İÇİN YETİŞKİN TİP SATURASYON PROBU			3	Adet		
5	GE MARKA HASTA BAŞI MONİTÖR İÇİN EKG KABLOSU			1	Adet		
6	COVIDIEN NELLCOR MARKA PULSE OKSİMETRE PROBU			10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname



Satınalmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep olması durumunda nitrüne verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bıyı Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleme veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal/Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemelen ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

GE MARKA HASTA BAŞI MONİTÖR İÇİN İÇİN YETİŞKİN TIP SATIRASYON PROBU
EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- GE B30 Hastabaşı monitörlerin modüllerine uyumlu olmalıdır. Saturasyon probu yetişkin tip olmalıdır. Cihaza uyumlu örnek resimler ekte sunulmuştur.
- 2-Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır. 3- Kablonun UBB kaydı olmalıdır
- 4-Kablonun leadlerinin renk kodları IEC standartlarında olmalıdır
- 5- EKG uç kabloları kısaçak tipli olmalıdır. Kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalı, kablo bağlantı bölümlerinde vida bulunmalıdır
- 6- EKG kablosu 3veya 5 leadli olmalıdır
- 7-Kablonun dağılmasını önlemek ve kullanım kolaylığı açısından kablonun üzerinde cırt bandı bulunmalıdır
- 8-Kablo gövdesinde hasta bağlantı şemasını gösteren etiket olmalıdır
- 9-Kablonun leadleri en az 90 cm olmalı, toplam kablo boyu en az 3.40 mt olmalıdır
- 10-1 adet ekg kablosu 3 adet yetişkin tip saturasyon probu talep edilmektedir.



Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Eleşkirt ilçe devlet hastanesinde Acil serviste bulunan **Cardioline AR2100 WIEW** Ekg cihazlarında kullanılmak üzere ihtiyacı olan "**EKG kablosu**" temini için hazırlanan Teknik Şartnamedir.

ÜRÜN VEYA PARÇANIN TEKNİK-TIBBİ ÖZELLİKLER İLE ÇEVRE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- a) 4 Adet talep edilmektedir.
- b) istemi yapılan EKG kablosu kmlmalara karşı dayanıklı esnek malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- c) İstemi yapılan EKG kablosu en az 3 m uzunluğunda olmalı kablo uçları renk kodlu, timsah uçlu tipte olmalıdır.
- d) istemi yapılan EKG kablosu paketi açılmamış olmalıdır.
- e) istemi yapılan EKG kablosu reusable (çok kullanımlık) olmalıdır.
- f) İstemi yapılan EKG kablosu 10 Je a d' li olmalıdır.
- g) Verilecek her bir malzeme üzerine malzeme kodu ve ürün tanımlayıcı bilgileri yazılacaktır.

2. GENEL HUSUSLAR:

- a) Ürün veya parçalar üretim hatalarına karşı 1 (bir) yıl garanti kapsamında olup yenisi ile değiştirilecektir.
- b) Ürün veya parçalar kullanılacağı yere ve cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır. Bu bağlantı işleminde bağlanılacak cihazlarda oluşacak her hangi bir hasarda ilgili firma sorumlu olacaktır.
- c) Ürün veya parça çalışır durumda, test ve ayarları yapıldıktan sonra cihazları var ise bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde, kurulacak komisyon tarafından teslim alınacaktır.
- d) Yüklenici firma teklif edeceği ürün veya parça ile ilgili Marka, model, üretici firma adı ve firmaya ait malzeme kodu bilgileri yazılı olarak vereceklerdir.
- e) Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Bölümü Sorumlusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

PROB PULSE OKSİMETRE YETİŞKİN TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Covidien Nellcor Pulse Oksimetre Monitörü Konsol Tipi - Bedside

1. Prob hastanemiz Acil servisinde mevcut olan Codiven marka SpO2 prob ara kablolarına ekstra aparat kullanmaksızın uygun özellikte olmalıdır.
2. Prob oksijen saturasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin tip olmalıdır.
3. Hareketli hasta ve düşük perfüzyonda ölçüm yapabildiğine dair belgesi olmalıdır.
4. Periferel perfuzon indeksi %0.02 seviyelerine düşene kadar SpO2 ölçümü yapmaya devam edebilmeli ve bunu belgelendirmelidir.
5. Probun ara kablosu triboelektrik gürültüyü önleyecek özellikte olmalı, sinyal iletisini maksimum hassasiyette sağlayabilmelidir.
6. Probun red & Infrared dalga boylarını algılayan fotodetektör kısmı, ortam ışığı ve elektromanyetik emterferanslardan etkilenmeyecek şekilde sensor tabanına gömülü durumda bulunmalıdır.
7. Probun codiven nellcor Saturasyon teknolojisinin üretici firmasından uygunluk belgesi olmalıdır.
8. 10 Adet talep adılmaktadır.

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Eleşkirt ilçe devlet hastanesinde Acil serviste bulunan BLT E80 ve BİOCARE ECG 1200 Ekg cihazlarında kullanılmak üzere ihtiyacı olan" **EKG kablosu**" temini için hazırlanan Teknik Şartnamedir.

2. ÜRÜNÜN ÜNİTE VE PARÇA BİLGİLERİ

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a) EKG Kablosu BLT E80 | 3 adet |
| b) EKG Kablosu BİOCARE ECG 1200 | 1 adet |

3. ÜRÜN VEYA PARÇANIN TEKNİK-TIBBİ ÖZELLİKLER İLE ÇEVRE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- İstemi yapılan EKG kablosu kmlmalara karşı dayanıklı esnek malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- İstemi yapılan EKG kablosu en az 3 m uzunluğunda olmalı kablo uçları renk kodlu, timsah uçlu tipte olmalıdır.
- İstemi yapılan EKG kablosu paketi açılmamış olmalıdır.
- İstemi yapılan EKG kablosu reusable (çok kullanımlık) olmalıdır.
- İstemi yapılan EKG kablosu 10 Je a d' li olmalıdır.
- Verilecek her bir malzeme üzerine malzeme kodu ve ürün tanımlayıcı bilgileri yazılacaktır.

4. GENEL HUSUSLAR:

- Ürün veya parçalar üretim hatalarına karşı 1 (bir) yıl garanti kapsamında olup yenisi ile değiştirilecektir.
- Ürün veya parçalar kullanılacağı yere ve cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır. Bu bağlantı işleminde bağlanılacak cihazlarda oluşacak her hangi bir hasarda ilgili firma sorumlu olacaktır.
- Ürün veya parça ,alışır durumda, test ve ayarları yapıldıktan sonra cihazları var ise-bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde, kurulacak komisyon tarafından teslim alınacaktır.
- Yüklenici firma teklif edeceği ürün veya parça ile ilgili Marka, model, üretici firma adı ve firmaya ait malzeme kodu bilgileri yazılı olarak vereceklerdir.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari ş.ru:tname hükümleri geçerlidir.

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAZHMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu