



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ENDODANTİK MOTOR- ENDOMOTOR CİHAZLARI(APEKS LOCATERLİ) LED IŞIKLI (KABLOSUZ) 1 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/07/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ENDODANTİK MOTOR- ENDOMOTOR CİHAZLARI(APEKS LOCATERLİ) LED IŞIKLI (KABLOSUZ)	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Nebahat YİĞİT
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı yolu üzeri 5.km

Telefon: Faks No: 04723125447

e-Posta: aglik.gov.tr İnternet Adresi:

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden f666831a-7261-40e0-bc7c-4c31c9a7c2f0 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Anıl BİNTEPE

SAĞLIK TEKNİKERİ

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Endodontik Mikromotor EndoRadar Apeks Ölçerli Teknik Şartnamesi

- 1.Tork, hız ve program ayarlarının yapıldığı ve kanala girildiğinde mesafeyi gösteren masaüstü ekran kısmı ile endodontik tedavide kullanılacak kablosuz ve şarjlı 1/1 anguldruva ve mikromotor olmalıdır.
- 2.Cihazın el parçası kablosuz ve şarjlı olmalıdır. Tam şarjda en az aralıksız 3 saat çalışabilmelidir.
- 3.Cihazın el parçası tamamen dayanıklı vakumlu plastikle kaplanmış olmalıdır.
4. Hızlı eğe değişimine olanak sağlayan push-buton özelliği olmalıdır.
5. Cihaz, pil tasarrufu için en geç 10dk. sonra kendini kapatabilmelidir.
- 6.Elektrik iletimi için hastanın ağızına konulacak dudak elektrotuda beraberinde verilmelidir.
7. Cihaz tüm Nikel-Titanyum eğelerle kullanılabilir.
8. Tork, mikromotor hız , apikale yaklaşma mesafesi, program seçimi ve sesli uyarı seviyesi ekran üzerinden ayarlanabilmelidir.
- 9.Hasta ağızında çalışırken, önceden yapılmış tüm bu ayarlar ekranda ışıklı göstergeler sayesinde tek bir seferde görülebilmelidir.
10. El cihazının pil seviyesi üzerinde ışıklı bir şekilde belirtilmelidir.
11. Mikromotor hızı 100-500 rpm arasında ekran üzerinde "+" ve "-" düğmeleri kullanarak ayarlanabilmelidir.
12. Tork değeri ana ekran üzerinden "+" ve "-" düğmelerini kullanarak 0.5-4 ncm arasında ayarlanabilmelidir.
13. Apeks ölçer işlevi ile kombine kullanıma sırada önceden ölçüm yapılmasına gerek olmadan kanala girdikten sonra yine ekran üzerinde ışıklı göstergeyle kanalın neresinde olduğunu görülebilmelidir.
- 14.Kanal kanlı olduğunda ya da irrigasyon sıvısı fazla olduğunda da ölçüm yapılabilir.
- 15.Otomatik apikal geri dönme özelliği olmalıdır.
- 16.Otomatik geri tork özelliği olmalıdır.
- 17.Cihaz ayak pedalı veya başka bir çalıştırıcıya gerek duymamalı, el cihazı üzerinde basit bir tuşla çalıştırılıp istenildiğinde tekrar durdurulabilmelidir.
18. Cihazın istenildiğinde sadece apeks ölçer özelliği kullanılabilir.
19. Cihazda en az 5 ayrı ayarlanabilir program seçeneği olmalı ve LCD gösterge panelinde kullanılan program yazmalıdır.
20. Cihaz üzerinde LCD gösterge paneli olmalı bu panel üzerinde batarya seviye uyarısı, tork ve hız ayarları dijital olarak yazmalıdır.
21. Tedavi kolaylığı için en az 6° kafa açısı bulunmalıdır.
22. Anguldruva başlığın az 134°C' de otoklavlanabilir.
23. Ürün orijinal ambalajında, markası, üreticisi, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresini içermelidir.
- 24.Komisyonumuz tarafından numune değerlendirilecektir.
25. Cihaz 2 yıl garantili olacaktır.

Nazire İsmail GÖK
G. Gök