

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

**PREZERVATİF TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Doğal kauçuk lateksten yapılmış görünüşü saydam, renklendirici madde içermeyen ve renk değişikliği yapmayacak nitelikte, nontoksik antiallerjik özellikte olmalı
  2. Kondom uzunluğu 170 mm.'den az olmamalı, açma eni 50-60 mm aralığında olmalı
  3. Kondomun açık ucunda bulunan halkanın kesit çapı 125 mm olmalı
  4. Kondom yüzeyi düz, pürüzsüz olmalı
  5. Ultrasound probuna yerleştirildiğinde patlamamalı, yırtılmamalı
  6. Mukoza ile temas ettiğinde hasar oluşturmamalı, allerjik reaksiyona neden olmamalı
  7. Kondomlar hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde, ambalajı açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ayrı ayrı ambalajlanmalı
  8. Kondomların net ağırlığı, sızdırmazlığı, çekme dayanımı, kopma uzaması, eskitmeye dayanımı ve basınç dayanımı TS4185'de belirtilen koşullara uygun olmalı
  9. Birim ambalajının açılması elle ve kolayca yapılabilmeli ve açma sırasında kondom herhangi bir mekanik zarar görmemeli
  10. Ayrı ambalajlarda kondomlar 2-4'lük şeritler halinde bulunmalı ve 100'lük karton kutular içinde olmalı
  11. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve depo teslimi itibariyle en az 2 yıl raf ömrü olmalı
  12. En az 10 adet numune teslim edilmelidir.
  13. 50.000 adet olmalıdır.
- Bu şartname 13/07/2020 tarihinde tek nüsha olarak hazırlanmış olup 13 maddeden ibarettir.

Maksude TOPÇU

Hemşire

Filiz BAYRAM ASLAN

Hemşire

Esengül ÖZTÜRK

Hemşire