



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **PERİKARDİYOSENTEZ SETİ MALZEMESİ ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29/07/2020** tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PERİKARDİYOSENTEZ SETİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Mehmet ALACA
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı yolu üzeri 5.km
Telefon: Faks No: 04723125447

e-Posta: anil.bintepe@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

Evrağın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden d609260e-8b66-442f-9dc9-7eb82a885838 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Anıl BİNTEPE
SAĞLIK TEKNİKERİ

Telefon No: (0 472) 312 60 47

PERİKARDİYOSENTEZSETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perikard'da oluşan sıvıyı drenaj etmeye uygun olmalıdır.
2. Kateter 6 adet drenaj deliğine sahip olmalıdır.
3. Set içerisinde;
 - a. 1 adet 8.3 F kalınlıkta 40 cm uzunluğunda perikardiyosentezkateteri,
 - b. 1 adet katetere uyumlu 3mm J uçlu 70cm guidewire,
 - c. 1 adet giriş için kılıfı 18 G, 15 cm iğne,
 - d. 1 adet drenaj torbasına bağlantı için ara bağlantı,
 - e. 1 adet 3'lü musluk,
 - f. 1 adet drenaj torbası,
 - g. 1 adet multipurposetubing adaptör,
 - h. 1 adet alligatorclipcable bulunmalıdır.
4. Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
5. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Miadının bitmesine 3 ay kalan malzeme firma tarafından hiçbir ek maliyet ve fiyat farkı belirtilmeden değiştirilebilmelidir.

Uzm Dr. Mehmet Akif POSTAÇIOĞLU
Acil Tıp Uzmanı
Diyadin 171880
Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Diyadin Hastanesi

GENEL HUKUMLER

1-Firmalar, malzemelerin teknik Şartnamesine uygun olduğunu tek tek katalog (broşür veya kullanım klavuzu) üzerinde işaretleyerek numune teslim tutanaklarıyla birlikte ihale komisyonuna vereceklerdir. Ayrıca; ihaleyi kazanan firma ilk teslimat sonrasında Muayene Kabul Komisyonuna da teknik şartname maddelerinin işaretlendiği katalogdan verecektir.

2-TITUBB kaydı olmalıdır. Kapsam dışı olanlar bunu belgelendirmeli ve ihale Komisyonuna sunmalıdır.

3-Malzemelerin paketlerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği, marka veya üretici firma adı olmalıdır. Ambalaj üzerinde kaç adet olduğu yazılmalıdır.

4-Teknik şartnamede aksine bir hüküm olmadıkça, malzemeler teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miadlı olmalıdır. Firma teslimat sonrası hastanede bulunan ve son kullanma tarihine üçay kalan malzemeleri uzun miadlı malzemelerle (fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden) değiştirecektir.

5-Teklifveren firma, bir adet orijinal numune vermelidir, (Numuneler klinik tarafından denenecektir.)

6-Malzemelerin ambalajları sağlam olmalı, yırtık delik olmamalı, istiflemeye uygun olmalıdır.

7-Üretim tarihi ile son kullanma tarihleri arasındaki süre 1 yıl olan malzemelerde miad en az 10 ay olmalıdır.

Uzm Dr. Mehmet Ali POSTACIOĞLU
Acil Tıp Uzmanı
Diyadin Hastanesi
Diyadin Hastanesi
Diyadin Hastanesi
Diyadin Hastanesi