



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

05.08.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : TRANS MARKA BUHARLI OTOKLAV CİHAZI PERİYODİK BAKIM ONARIM
HİZMET ALIM İŞİ

Dosya Id : 2485

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.08.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Otoklav Cihazı Bakım Onarım PERİYODİK BAKIM (2 ADET CİHAZ)			12	Ay		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TRANS MARKA BUHARLI OTOKLAV CİHAZININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARIÇ)

HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname;Devlet hastanemizde bulunan iki adet Trans Marka buharlı otoklavların yıllık periyodik bakım ve onarım işini kapsamaktadır.

- 1- Yapılan bu iş ile ilgili bakım onarım formu karşılıklı doldurulacak ve yetkili kişilerce imza altına alınacaktır.
- 2- Sistemin periyodik bakımı dört ayda bir yapılacaktır(yılda üç defa yapılacak)
- 3- Cihazların periyodik bakımlarında aşağıdaki işlemler yapılacaktır,
 - a-Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılmalıdır.
 - b-Pano ve otomasyon bölümü giriş çıkış prosedür takibi yapılmalıdır.
 - c-Kumanda paneli printer ve manometrelerin kontrolü yapılmalıdır.
 - d-Kapak ve göbek contalarının kontrolleri yapılmalıdır.
 - e-Göbek flanşı,kilit takımı,kurt dişi ve yayının kontrolleri yapılmalıdır.
 - f-Prizmatik direksiyon çalışırılığının kontrolü yapılmalıdır.
 - g- Kapak kilit kollarının sağlamlığı kontrol edilmelidir,
 - h-Kayar kapak contalarının kontrolü ve temizliği yapılmalıdır
 - i Kapı switçlerinin görsel ve fiziki bakımları yapılmalıdır.
 - j-Hava motoru veya merkezi hava bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır.
 - k-Ekawat motorunun periyodik bakımları yapılmalıdır.
 - l-Sistemdeki genel hava ve yol venci elemanların kaçak kontrolleri yapılmalıdır. m-Jenerator emniyet ventilinin basınç kontrolü yapılmalıdır n-Jenerator basınç aralığı .referans ayarları kontrol edilmelidir.

Abdulvahap AKSOY
Sağlık Memuru
Akhap

Osman BAŞBUĞAN
Soğukluk Memuru
Osman

Nejdet KARAASLAN
Hemşire
Nejdet

o-Jeneratör suyu en az bir kez boşaltılıp su doldurma işleminin takibi yapılmalıdır.

p-Jeneratör içerisinde kireçlenme var ise temizliği yapıp, gereken bilgi yetkililere aktarılmalıdır.

q-Sıvı seviye elektrotları ve şamandraların kontrolleri yapılmalıdır.

r-Rezistans ve kablo takımlarının kontrolleri yapılmalıdır.

s-Rezistans bağlantı buvatu ve klemenslerinin kontrolü yapılmalıdır.

t-Ana güç girişi ve rezistans çıkış klemenslerinin kontrolleri yapılmalıdır.

u-Su motoru ve selenoidlerin kontrolleri yapılmalıdır

v-Su motoru pislik tutucu filtrenin temizliği yapılmalıdır

w-Su motoru çekvalf'i ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır.

x-Hücre çıkış rekorları ve pt 100 bağlantı manşonu kontrol edilmelidir

y-Hücre çıkış hattı vakum ve bypass bağlantı rekorları kontrol edilmelidir.

z-Hücre çıkış hattı pislik tutucu filtreleri açılıp kontrolü yapılmalıdır,

aa-Hücre çıkış hattı çekvalf ve çekvalf klepe contasının kontrolleri yapılmalıdır.

bb-Vakum sel-bypass sel-eşanjör sel-,bobin ve valflarının kontrolleri yapılmalıdır.

cc-Vakum motoru ve servis suyu selenoidlerinin kontrolleri yapılmalıdır.

dd-Vakum motoru hava akışı vanası çekvalf çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır.

ee-Vakum ve kondens gider hattı elemanlarının kontrolleri yapılmalıdır.

ff-Ceket doldurma ve kondens hattının kontrolleri yapılmalıdır.

gg-Ceket basınç aralığı referans ayarları kontrol edilmelidir.

hh-Ceket emniyet ventillim basınç kontrolü yapılmalıdır.

4- Arızaya 48 saat içinde müdahale edilmelidir.

5- Bakım sözleşmemiz süresince oluşabilecek arızalara ücretsiz müdahale edilecektir,

6- Sistemin bakım onarımı sırasında yüklenici firma bozuk üniteleri, arızalı parçaların fiyatını hastane yönetimine bildirecek olup , gerekli onay alındıktan sonra değişim gerçekleştirilecektir

7- Teklif veren firma cihazın üretici olan firmadan Yetkili Servis belgesine sahip olmalı bu belgeleri teklifi ile birlikte vermelidir.

Abdulvahap AKSOY
Sağlık Memuru
V. Aksoy

Osman BAŞBUĞAN
Soplık Memuru
O. Başbuğan

Nejdet KARAASLAN
Hemşire
N. Karaslan

8-Teklif ve teknik servis veren firmalar TSE kurumundan alınmış TS 13402 hizmet yeterlilik, belgesine sahip olmalı ve teklif ile beraber vermelidir.

9- Teklif ve teknik servis hizmeti verecek olan firma ISO 9001 CE standartlarına uygun olmalı ve bu belgeler teklif ile beraber verilmelidir.

10- Arıza durumunda veya hastane gerekli gördüğünde bakım anlaşması dahilinde de parçalar yüklenici tarafından değiştirilecektir.

11- Firma kalibrasyon faaliyetlerini gerçekleştirecek, her periyodik bakım döneminden sonra cihazların kalibrasyonunun yapıldığına dair etiketi cihazın yapıştırmakla yükümlüdür.

12- Yüklenici firma kurumun yedek parça teminini tamamlamasını takip eden en geç iki iş günü içinde yedek parçaları değiştirecektir.

13- Firma bakım onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.

Abdulvahap AKSOY
Sağlık Memuru
Akhap

Osman BAŞBUĞAN
Sağlık Memuru
Osman

Mejdet KARAAŞKAN
Hemşire
Mejdet