



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

05.08.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : ODYOMETRİ BİRİMİNDE BULUNAN ABR CİHAZININ KALİBRASYON
HİZMET ALIM İŞİ

Dosya Id : 2450

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.08.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KALİBRASYON HİZMET ALIMI ABR CİHAZ KALİBRASYONU			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AccuScreen Abr Kalibrasyon Teknik Şartname

- 1- Yeni Versiyon ve yeni Db Degerleri yüklenmelidir.
- 2- Yükleyici firma Madsen Yetkili Servisi olması gerekir
- 3- Yükleyici firma yaptığı Kalibrasyon verilerine en az 1 yıl garanti vermelidir.
- 4- İstem ekli listedeki 1 kalem cihazın kalibrasyon işleminin yapılmasıdır.
- 5- Teklif veren firmalar sipariş tarihinden itibaren 7 gün içerisinde işi tamamlaması Gerekir.
- 6- Kalibrasyon işlemi veya transfersırasında olası arızalanma, düşme, kırılma vb. olayların tamamından ilgili yüklenici şirket sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasar ÜCRETSİZ telafiedilecektir
- 7- Yapılan Kalibrasyon Orijinal Etiket Cihazın Arka Kısımında Bulunması Gerekir.
- 8- Yapılan Kalibrasyon Sertifika Ve Db Ölçüm Birimlerin Gerekli Grafiklerinin Cihaz Teslimatında Yönetime Bildirmesi Gerekir.

10 06 2020


SİBİR TEMEL