AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
10/08/2020 16:30 - 68917221 - 949 - E.1069
00122584784

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **EKG KABLOSU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14.08.2020 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EKG KABLOSU	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.
Uzm Dr Mehmet ALACA
Başhekim V.

NOTLAR

1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
4) Alımlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 7919d4ce-bfab-4dae-ac8b-8178edf2baeb kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAME

Kablonun uçlarında derivasyon isimleri ve renk kodları belirtilmelidir.

Kablonun 6 adet göğüs 2 adet kol ve 2 adet bacak bağlantı kablosu bulunmalıdır.

Kablonun cihaza bağlantı soketi vidalanabilir özellikte olmalıdır.

Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.

Ürünün CE belgesi olmalıdır.

Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir. (UBB)

Numune teslim edilmelidir.

Biyomedikal T.K.Y.
Erdal GERENGİ