



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TAŞINABİLİR YOĞUN LED FOTOTERAPİ LAMBASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17/07/2020 tarih ve saat 15:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TAŞINABİLİR YOĞUN LED FOTOTERAPİ LAMBASI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Mehmet ALACA
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

TAŞINABİLİR YOĞUN LED FOTOTERAPİ LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yeni doğanların yoğun fototerapi ile tedavi edilmeleri ve yüksek bilirubin düzeylerinin hızlı düşürme amacına uygun olmalıdır.
2. Sistem açık yatakta, kotta kuvöz üzeri ve mobil taşıyıcı ile bağımsız olarak kullanılabilir. Tedavi için kuvöze her yönden ulaşılabilir yapıda olmalıdır.
3. Cihaz üzerinde 3,5 (inch) LCD renkli dokunmatik ekran bulunmalı tüm ayarlamalar bu ekran üzerinden yapılmalı cihazda membran butonlar bulunmamalıdır.
4. 3,5" (inch) LCD renkli dokunmatik ekran üzerinden bebek güvenliği açısından ışık şiddeti 0-%100 arasında % 5 lik dilimlerle ayarlanabilmelidir.
5. 450-480 (± 10) mm lik bantta ışık yayan en az 32 adet orijinal LED (ışık yayan diyot) bulunmalıdır.
6. Cihaz hızlı ve etkin fototerapi vermesi amacıyla 30-40 cm mesafeden 30 – 120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ($\pm\%10$) arasında ışık gücü uygulama özelliğine sahip olmalıdır.
7. Işık kaynağını oluşturan LED lerin en az 20.000 saat kullanım ömrü olmalıdır.
8. Cihazın ışık kaynağı U.V. ve İnfrared ışın yaymamalı hiçbir yan etkisi bulunmamalıdır.
9. Cihazda gürültünün ve kirliliğin oluşmaması için fan kullanılmamalıdır.
10. Cihazın yüksekliği arka tarafında bulunan pedala basılmak suretiyle blok lift özelliği ile sağlanmalıdır.
11. 220 Volt/50Hz şehir şebekesinde çalışabilir özellikte olmalı ve koruma sigortası bulunmalıdır.
12. Fren tertibatlı en az 3 tekerlekli taşıma ayağı bulunmalıdır.
13. Cihaz taşıyıcı ayaktan bağımsız olarak istenildiğinde direk inkubator üzerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
14. Cihazın yüksekliği 190 cm den, ağırlığı ise 4 kg dan fazla olmamalıdır.
15. Cihazın LCD, TFT dokunmatik renkli ekranında ortam aydınlatma özelliği, dil seçeneği, etkinlik alanı gösterimi ve ($^{\circ}\text{C}$ - $^{\circ}\text{F}$) seçim özelliği bulunmalıdır.
16. Cilt ısı probu bulunmalı ve üst-alarm limitleri ayarlanabilen alarm özelliğine sahip olmalıdır.
17. LCD, TFT Renkli dokunmatik ekran üzerinde tarih ve saat gösterilmeli ve ışık şiddeti tedavi süresi ve cilt ısı sıcaklığı izlenebilir olmalıdır.
18. Cihaz CE Belgesine sahip olmalı yerli üretim olan cihazlar tercih edilecektir.
19. Teslim edilecek cihazlar ile aynı marka tünel fototerapi cihazı da bulunmalı ve tünel fototerapi cihazı üzerinden ışık şiddeti 0-%100 arasında % 5 lik dilimlerle dokunmatik olarak ayarlanabilmelidir. Membran buton ile ayarlama yapılan cihazlar kullanım zorluğu açısından kabul edilmeyecektir.
20. Fototerapi cihazı ile birlikte alınmak isterse, sonradan istenildiğinde ücreti mukabilinde aynı marka ve aşağıdaki özelliklere sahip hastabaşı monitörü verilmeli ve katalog ile belgelenmelidir.
 - Monitörün ekran boyutu en az 8,4 inç olmalı,
 - Wake-up modu (bebek uyandırma özelliği) ve Oksijen analizör özelliği bulunmalıdır.


Diyadin Yararlanmaz
Doğum Hastaneleri Devlet Hastanesi
Uzman Dr. Mehmet ALACA
Bebeklerin Yardımcısı
Diyadin Yararlanmaz