



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 872
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : İndirekt Oftalmoskop Cihazı Alımı
Dosya Id : 2680

21.08.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.08.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müdür V.

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	İNDİREKT OFTALMOSKOP CİHAZI			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemesi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Üzeri Otogar Karşısı AĞRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Elif YARIKAN -
satinalma004@gmail.com

İNDİREKT OFTALMOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, göz muayenelerinde binoküler indirekt oftalmoskopi yapmak için üretilmiş olmalıdır.
2. Cihaz kafaya takılacak pozisyonda olmalıdır. İçinde kafada sağlam durmasını sağlayan metal ve plastik destekler bulunmalıdır.
3. Ayarlamalar için üst, arka ve yan taraflarında ayar düğmeleri bulunmalıdır.
4. Cihazda kafa bandının alın ve baş kısmına temas eden yerleri ısı ve neme dayanıklı malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. Okülerden pupil mesafesi ayarı yapılabilmelidir. Pupil mesafe ayarı 47-75 mm arasında olmalıdır.
6. Cihaz ayna ve optik kısımlarına toz girmemesi için tamamen kapalı dizaynda üretilmiş olmalıdır.
7. Cihazda periferik retina muayenelerinde gölgeli görüntüyü engelleyen diffuzer modu bulunmalıdır.
8. Cihazda gerekli dahili filtreler bulunmalıdır. Beyaz ışık için küçük daire, orta daire, büyük daire ve red-free (yeşil ışık) filtreleri bulunmalıdır.
9. Cihaza entegre Infra-red ve Ultraviole koruma ile maksimum hasta güvenliği sağlanmalıdır.
10. Aydınlatma için kullanılan ampul kolayca değiştirilebilir kalite ve uzun ömürlü olmalıdır.
11. Aydınlatma LED ampul ile yapılmalı ve bu sayede ısıyı göze daha az ileterek, daha parlak ve beyaz ışık sayesinde daha net bir görüntü sağlanmalıdır.
12. Cihazda, illuminasyonu minimumdan maksimuma kadar ayarlayabilen reosta bulunmalıdır.
13. Cihaz tüm aksamı ile birlikte maksimum 520 gr olmalıdır.
14. Cihaz ile birlikte 20D muayene lensi verilmelidir.
15. Cihaz taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.
16. Cihaz ile birlikte Lityum batarya verilmelidir. Bu sayede şarj ünitesi maksimum 2 saat içinde şarj edilebilmeli ve tek bir şarj en az 4 saat aralıksız kullanılabilmelidir.
17. Cihaz ile birlikte 1 adet şarj ünitesi verilmelidir. Şarj ünitesi üzerinde şarj olurken pilin durumu hakkında bilgi veren LED ışık sistemi bulunmalıdır.
18. Cihaz 2 yıl fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı garantili olmalıdır.

Ağrı Sültan Mehmed Vahid Hastanesi
Uzm. Dr. İsmail HEDİZ KORKUT
Necatoloji Uzmanı
Dip. No: 14662 Tescil No: 136893