



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 823
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 2 Kalem Seyyar Oksijen Tüp Regülatörü ve Oksijen Basınç Hortumu Alımı
Dosya Id : 2682

21.08.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.08.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SEYYAR OKSİJEN TÜP REGÜLATÖRÜ			5	Adet		
2	OKSİJEN BASINÇ HORTUMU			5	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SEYYAR OKSİJEN TÜP REGÜLATÖRÜ (ANESTEZİ CİHAZI İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. yüksek basınçlı tüpten gelen basınçlı gazın istenilen basınçta cihazlara prob yardımı ile gaz geçişine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Oksijen tüpünden gelen yüksek basıncı regüle edip istenilen gaz çıkışının ayarlanarak bir prob yardımı ile sisteme aktarılmasını sağlamalıdır.
3. Tüp bağlantı ölçüsü $\frac{3}{4}$ olup yanında 2 adet conta verilmelidir.
4. Oksijen basınç düşürücü ana gövde , kapak , ve bağlantı elemanları yüksek kalite malzemeden imal edilmiş olup komple kromaj kaplamalı olmalıdır.
5. Kullanıcıyı koruma amaçlı basınç düşürücünün ana gövde kapağı ve ayar kelebeği olmalıdır.
6. Basınç düşürücü üzerinde giriş vr çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olmalıdır. Bu manometreleri korumak amaçlı üzerinde koruma kılıfı bulunmalıdır.
7. Basınç düşürücü TS 2503 standartlarında üretilmiş olup class 3 sınıfında max 10 bar çıkışa ayar yapılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
8. Kullanıcıyı korumak amacı ile basınç düşürücü üzerinde emniyet sibobu bulunmalıdır.
9. Basınç düşürücü iç dizaynında kullanılan yaylar yüksek kaliteden imal edilmiş olup ısı işleminden geçirilmiş olmalıdır.
10. Basınç düşürücü çıkış bağlantısı medikal gaz prizi şeklinde olup (BS,DIN,AFNOR vb.) normunda olmalıdır.
11. Yanında oksijen basınç hortumu olmalıdır.regülatöre uyumlu olup anestezi cihazına bağlantı aparatı olmalı ve rengi beyaz olmalıdır.
12. Oksijen basınç hortumu y şeklinde olup hem anestezi cihazına hemde merkezi oksijen sistemine bağlanmalıdır. Merkezi sistem oksijen sistemine (ingiliz) uyumlu olmalıdır.
13. Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
14. Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı bulunmalıdır.
15. Seyyar oksijen tüp regülatörü ve oksijen basınç hortumu belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.
16. Basınç düşürücü üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamı içerisinde olmalıdır.
17. Basınç düşürücü CE belgeli olmalıdır.
18. Ürün TITUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Firat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu