



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 830
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Hemodiyaliz Birimi İçin 7 Kalem Malzeme Alımı
Dosya Id : 2715

28.08.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.08.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif		
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar	
1	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE BLOK AKTİF KARBON MİKRON BOYU 10 İNÇ AKTİF KARBON MİNERALİ			1	Adet			
2	HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA ÜNİTESİ HAVA FİLTRESİ HAVA FİLTRESİ 0.2 MİKRON SERTUVENT			1	Adet			
3	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİOLE LAMBA ULTRAVİOLE LAMBA			1	Adet			
4	HEMODİYALİZ VALF MEMBRANI MOBİL CİHAZ REOMEMBRAN			2	Adet			
5	HEMODİYALİZ CİHAZI POZİTİF BASINÇ - SU MANOMETRESİ RELLİEFVALVE			2	Adet			
6	HEMODİYALİZ CİHAZI POMPA MOTORU ATEŞLEME KÖMÜRÜ ATEŞLEME KÖMÜRÜ			8	Adet			
7	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI BAKIM KİTİ SU ANALİZ TEST KİTİ			1	Adet			
KDV Hariç Genel Toplam								



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

RELIEF VALVE COMPLETE 4008/4008S TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. 1 bar giriş olmalıdır.
3. 3bar çıkış olmalıdır
4. Suyun basıncı ayarlayabilme özelliği olmalıdır.

FLOW MOTOR KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. Flow pumtasında ateşleme yapmalı
3. İç mantetik aksama uyumlu olmalı

*Belirtilen Malzemelerin Montaj Ve Demontajı Yüklenici Firma Tarafından Yapılarak Cihazlar Çalışır Şekilde Teslim Edilmeli

* Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO14001-2015 OHSAS 18001-2007 kalite belgeleri olmalı

Ağrı Devlet Hastanesi
Üz. Dr. P. M. Ö. ŞENDOĞAN
Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 136191

Dr. Cafer AKDEMİR
i. Diyaliz Sorumlu Hekimi
D. Sertifika No: 3049
Ağrı Devlet Hastanesi

SAF SU SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MEMBRAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Membrane tipi tamamen aromatik polyamid kompozit tiptir
2. Membranların 25 °C de ürettiği su miktarı minimum 8 m³/gün dür
3. Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C dir.
4. Tuz rejection oranı % 99,5 dir.
5. Membranlar, en fazla 5 SDI' a kadar çalışabilmektedir
6. 40 bar basınca kadar çalışabilmektedir
7. Sürekli işletmede 2-11 pH değerleri arasında çalışabilmektedir
8. 2000 mg/ l ye kadar NaCl beslemesine uygundur.
9. Membrane yüzey alanı 7,2 m² dir
10. Membranlar 40 21 tipdir (çap 4''
11. Membran yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra membran dan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
12. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
13. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
14. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Damla ÖZGENÇER
Nefes Hastalıkları Uzmanı
Diyadin, Ağrı, 15/10/2019

Dr. Cefel AKDOĞAN
Nefes Hastalıkları Uzmanı
Diyadin, Ağrı, 15/10/2019
Ağrı Devlet Hastanesi

SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILAN AKTİF KARBON FİLTRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahiptir
2. Coconat bazlı Olacak.
3. Yüksek gözenekliğe sahiptir
4. Granül formunda olacaktır
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olacaktır
6. Iodine numarası en az 900 mg/g dır
7. en az % 90 ı 8*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 belgesine sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
11. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
12. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına gönderecektir.
13. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

A.Ş. Devlet Hastanesi
Uz.D. Dr. ÖRS FENDOĞAN
Nöroloji Uzmanı
Dış. Tes. No: 136191

Dr. Cahit AKDEMİR
Ul. Dış. Hastanesi Uzmanı
D. Başlık No: 1149
Ul. Devlet Hastanesi

SERTLİK ,KLOR VE PH ÖLÇÜM TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.)SUYA SERTLİK VEREN MADDE MİKTARLARINI FRANSIZ SERTLİK DERESESİNE GÖRE ÖLÇÜMLEYEBİLEN YAPIDA GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 2.)HER BİR DAMLA TİPRASYON ÇÖZELTİSİ =1 Fr (1 FRANSIZ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.)
- 3.)SUDA BULUNAN SERBEST KLOR MİKTARINI mg/l BİRİMİNDE ÖLÇEBİLECEK GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 4.)İÇME SUYU VE SAF SU KULLANIMINA UYGUN OLACAK.
- 5.)HER TÜP TESTİ İÇİN GEREKLİ TEST EKİPMANINA SAHİP OLMALIDIR.
- 6.)KULLANIM KLAVUZUNDA ÖLÇÜM DETAYLI DİYALİZ SU SİSTEMINE UYGUN OLACAK.
- 7.)SOLÜSYON KAPLARINDA LOT NUMARASI VE SOLÜSYONUN SON KULLANMA TARİHİ BELİRLİ OLACAK.
- 8.)GEREKLİ KİMYASAL UYARI İŞARETLERİNİN SOLÜSYONLARI TAŞIYAN KAP ÜSTÜNDE BULUNDURAN KİTLER OLMALIDIR.
- 9)HASTANE İHTİYACI OLDUKÇA TEMİN EDİLECEK.
- 10.) Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 - 2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
- 11.) Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

SERTOVENT HAVA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.0,22 MİKRON ÖZELLİK ÇAPI OLMALIDIR
2. MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.
- 3.GÖZENEK ÇAPI İNCE BAKTERİ HASASİYETİNE SAHIP OLMALIDIR.
4. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 SAHİP OLMALIDIR.
- 5.MALZEME TEKLİF VERECEK FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

Ağrı Devlet Hastanesi
Üz. Dr. Damla ORS SENCÖĞAN
Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 136191

Dr. Ceylan AKDEMİR
Nefroloji Uzmanı
D. Sertifikası No: 3049
Ağrı Devlet Hastanesi