



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

28.08.2020

Sayı : 825
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : KIRSCHNER TELİ ALIMI
Dosya Id : 2713

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.08.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müdür V.

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KIRSCHNER TELİ 290 MM - ÇAP 1,8 MM			550	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KIRSCHNER TELLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. GENEL HÜKÜMLER

1. Tedarikçi Firma imal edilmiş ürünün kullanımına uygun olup olmadığını yapılan test ve deney sonuçlarını daha önceden yapılmış olan uygulama sonuçlarını içeren ana kayıtları talep edildiğinde göstermek zorundadır.
2. İmplantlar orijinal ambalajında ürün boyutsal özellikleri yazılı NON steril olarak teslim edilmelidir.
3. İhalede satın alınan malzemeler kullanımı tamamlanıncaya kadar lüzumu halinde istenen boylar değiştirilecek ve bu konuda ihaleye giren firmalar ve üretici veya ithalatçı tarafından değişimini kabul ve taahhüt edilecektir.

B. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. İmplantlarla kullanılan ASTM F 5832-1 standardındaki AISI 316 kalite Krom Nikel çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 290 mm boyunda ve değişik çap ölçülerinde olmalıdır. Uç kısmı isteğe ve kullanım yerine göre Trokar uçlu olarak imal edilmiş olmalıdır.
3. Teller non steril olarak verileceğinden korozyona karşı polisajlı ve parlak yüzeyli olarak üretilmiş olmalıdır.
 - 1- Teklif edilen malzemeler yerli olacaktır
 - 2- Teklif edilen malzemelerin tıbbi cihaz yönetmeliklerindeki sınıflarına göre CE işareti ile ilgili olarak

TEKLİF VEREN FİRMALAR ALIM SAATİNDEN ENAZ 1 SAAT ÖNCE UYGUNLUK ALMALARI GEREKLİDİR.

Uzm. Dr. Oktay POLAT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 13502 Uzm. Tes. No: 134024
Ağrı Devlet Hastanesi