



T.C.
AGRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

01.09.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ (YETİŞKİN) ALIM İŞİ

Dosya Id : 2735

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.09.2020 saat: 14:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN			200	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ISI NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre, bakteri ve virüs tutma özelliğine sahip olmalıdır.
2. Filtre nemlendirme özelliği ile aktif nemlendirme ihtiyacını azaltacak yapıda olmalıdır.
3. Filtre akışa gösterdiği düşük rezistanlı yapısı ile hastanın solunum işini zorlaştırmamalıdır.
4. Filtrenin ağırlığı en fazla 50-55 gramın altında olmalıdır.
5. Nemlendirme etkinliğinin 30mg/L üzerinde olduğu gösterilmelidir.
6. Filtrenin bakteri tutuculuğu % 99.99999 olmalıdır.
8. Filtrenin ölü boşluk miktarı 80 ml yi geçmemelidir
9. Filtre üzerinde gaz sampling line için luer lock port olmalıdır.
10. Filtre tek kullanımlık olmalı ve şeffaf olmalıdır.
11. Filtre endotrakeal tüp, maske, trakeostomi kanülüne uygun girişe sahip olmalıdır.
12. Filtre steril ambalajlarda olmalıdır.
13. Filtrasyon etkinliğinin, Tüberküloz, HIV, Hepatit C için laboratuar sonuçları ile valide edilmiş olduğu kanıtlanmalıdır.
14. Filtre/HME Latex ve PVC içermemelidir.
15. Firmalar UBB kaydı belgesi vermelidir
16. Üretici firmalar numune getirmelidir, değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.
17. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
18. Son kullanma tarihi dolmadan iki ay önceden değiştirilmelidir.
19. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, firma bilgileri bulunmalıdır.

Mapes Kurur.
M. M. M. M.