T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/..... 01.09.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZ RADYOLOJİ BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 5 KALEM MAL ALIM İŞİ
Dosya Id : 2737

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.09.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM ANTİMON - TUNGSTEN / WOLFRAM ÖNLÜK (GONAD) ERKEK LARGE GONAD KORUYUCU(ERIŞKIN)			2	Adet		
2	KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM ANTİMON - TUNGSTEN / WOLFRAM ÖNLÜK (GONAD) ERKEK MEDIUM GONAD KORUYUCU(ÇOCUK)			2	Adet		
3	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT LARİNGOSKOPİ TELESKOBU (KADEMELİ BLADE) PEDİATRİK PEDİATRİK LARİNGOSKOP SETİ LARINGOSKOP SETI(ÇOCUK)			1	Adet		
4	KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM ANTİMON ÖNLÜK YETİŞKİN (TEK TARAFLI VÜCUT / ÖN KORUMALI) ÇOCUK BOY KURŞUN ÖNLÜK			2	Adet		
5	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FLEXIBLE FİBER OPTIK LARİNGOSKOPİ SİSTEMİ LARİNGOSKOP SETİ(ERİŞKİN)			1	Adet		
						KDV Hariç Genel Toplam	

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
İlgili Kişi : Yunus OZYOLCU -

'Radyasyondan Koruyucu Önlük Teknik Şartnamesi

1- Kurşun önlük radyasyona karşı ön tarafta 0,50 MM Pb Kurşun eşdeğerlikte koruma sağlamalıdır. Kurşun önlük radyasyona karşı arka tarafta 0,25 MM Pb Kurşun eşdeğerlikte koruma sağlamalıdır.

2- Tam koruma sağlayarak önü tamamen üst üste gelerek kapatmalıdır. Ayrıca üst üste gelen kısımlar 0,50 Mm Pb bir koruma sağlamalıdır.

3- Önlük palto model olmalıdır. Önden cırtlı sistem sayesinde kapanmalıdır.

4- Kurşun önlük rahat yürüme açısından ön ve arka kısım boyları aynı olmamalıdır.

5- Kurşun önlüğün ergonomik Kullanımı ve uzun ömür açısından önlüğün iç kumaş kaplaması ve kumaş rengi ile dış kumaş kaplaması ve rengi farklı olmalıdır.

6- Kurşun önlüğün güvenlik standartları gereği ön yüzünde ve iç kısmında dozimetre cebi olmalıdır.

7- Kurşun önlüğün rahat kullanımı açısından bel destek kemeri olmalıdır. Kemer beli sararak önde kapanmalıdır.

8- Önlüğün ebatlarının belirlenmesi için firmanın SS – SM-SL-MS-MM-ML-LS-LM-LL ebat ve TSE standartlarında üretilmiş olmalıdır. Hastane istediği ebatlarda seçim yapabilmeli ve bu ebatlar doğrultusunda teslim yapılmalıdır.

9- Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası Olmalıdır.

10- Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen, ince ve esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.

11- Kurşun önlükler istenildiğinde özel olarak üretilmeli, özel kalıp ve ebatlarda olabilmelidir. Sağlıklı ve ergonomik kullanım açısından beden ölçüsü alınarak bedene göre özel üretilmelidir.

12- Kurşun önlüğün yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun materyal kullanılmamalıdır.

13- X Ray koruyucu kurşun önlüğünün kullanımı kolay, vücudu saran özellikte olmalıdır ve önlük ön tarafın her bölgesinde 0,50 Pb ve arka kısımda 0,25 Pb koruma sağlamalıdır.

14- Kullanılan kumaş su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay

mehmet ÖZGÜN

silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Önlüğün biyeleri su geçirmez özellikte olmalıdır.

15- Kurşun önlüklerin üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir.

16- Hastanemizin düzeni de kullanım ömrü açısından önlüğün geçirgenlik testleri yapıldıktan sonra önlük kumaşının yıpranmasına karşı firma 1 kerelik önlüğün kap değişimini sağlayacağını taahhüt etmelidir.

17- Kurşun önlüklerin CE-İSO belgelerinin bulunması gerekmektedir.

18- Kurşun önlüklerde renk tercihi yapılabilmelidir. Satıcı firmanın UBB kayıt numarası olmalıdır.

19- Kurşun önlüklerle beraber 4 adet X Ray tiroid koruyucu verilmelidir. Tiroid koruyucularının teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

a.Tiroid koruyucu 0,50 mm pb kurşuna eş değer kauçuk kurşun bileşiminden yapılmalıdır.

b.Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen, ince ve esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.

c.Tiroid koruyucu yapımında esnek olmayan tek katlı koruyucu kurşun materyal kullanılmamalıdır.

d. Kullanımı rahat ve yapışma bantlı olmalıdır.

e. Kullanılan kumaş su geçirmez, uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır.

f. Tiroid koruyucunun ergonomik kullanımı ve uzun ömür açısından önlüğün iç kumaş kaplaması ve kumaş rengi ile dış kumaş kaplaması ve rengi farklı olmalıdır.

g. Tiroid koruyucunun CE-İSO belgeleri bulunmalıdır.

h. Tiroid koruyucularda renk tercihi yapılabilmelidir. Satıcı firmanın UBB kayıt numarası olmalıdır.

i. Tiroid koruyucuların etiketinde üretici firma bilgileri, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası olmalıdır.

j. Tiroid koruyucular istenildiğinde şapka modelinde üretilmelidir.

k. Tiroid koruyucu hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir.

Mehmet Özgür

Pediatrik Tip Laringoskop Seti Teknik Şartnamesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
2. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
3. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile parlak,net ışık sağlamalıdır.Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır.
4. İki adet alkali pil ile çalışmalıdır.
5. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.
6. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır.
7. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
8. Setin içinde pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle içermelidir.

Miller 00 (Düz)
Miller 0(Düz)
Miller 1
Mac 2 (Eğri)
Mac 3 (Eğri)

9. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.
10. Handle ile birlikte 2'er adet alkalin pil verilmelidir.
11. Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir.
12. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
13. Cihaz en az 3 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
14. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı taraından onaylı olması şartı aranacaktır.
15. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
16. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
17. Montaj:Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.

Mehmet ÖZGÜN

Yetişkin Tip Laringoskop Seti Teknik Şartnamesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

1.Fiber optik laringoskop seti, xenon-halojen lambalı olup mükemmel aydınlatma sağlamalı ve standart setlerden en az üç kat daha fazla ışık verebilmelidir.

2.Işık sistemi, gün ışığına yakın, beyaz ve parlak ışık sağlayarak doğru doku renginin elde edilmesine ve uzun süreli, sabit aydınlatmanın gerçekleştirilmesine imkan sağlanmalıdır.

3.Set 1, 2, 3, 4 numaralarında dört adet eğri tipte (E-Macintosh) blade, 2.5V kalın handle, iki adet alkalin orta boy pil, pil şarj cihazı, yedek ampüller ve çantadan oluşmalıdır.

4.Manevra kabiliyetinin artması için bladeler hafif olmalıdır.

5.Bladeler tek parça olmalıdır. Lehimlenmiş eklem yerleri bulunmamalı böylelikle blade bütünlüğü sağlanmalıdır.

6.Bladeler çengel tipi takmalı ve saptaki özel yuvaya oturan tekli bilyalı sistemli olmalıdır.

7.Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir. Ampul blade üzerinde değil, handle üzerinde olmalıdır. Ampul değiştirmek için herhangi bir alet gerekmemelidir. Blade 'in üzerinde imalatçı firmanın ismi ve blade numarası çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

8.Fiber optik ışık yolu, bıçağın başlangıcından sonuna kadar tek parça halinde ve bıçağa paslanmaz bir vida ile monte edilmiş olmalıdır. Bu fiber optik ışık yolu, bağlantı vidası çözülmeden, hiçbir şekilde yerinden çıkmayacak şekilde monteli olmalıdır. Fiber optik ışık yolu gerektiğinde yerinden çıkartılarak temizlenebilmeli veya değiştirilebilmelidir.

9.Bladeler paslanmaz metalden yapılmalıdır ve dayanıklı olmalıdır.

10.Saplar ve pil yuvası kapakları krom kaplanmış bronzdan yapılmış olmalı, ve kaymaması için tüm tutma yüzeylerinde ince ve küçük baklava dilimli pütürler bulunmalıdır. Sapın üzerinde imalatçı firmanın ismi ve model numarası çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

11.Dezenfektan solüsyonlara dayanıklı olmalı ve en az 134 (yüzotuzdört) C dereceye kadar otoklavlanabilmelidir. Bu hususlar orijinal kullanım kılavuzunda gösterilmelidir.

12.2.5v'luk orta boy sap 'C' boyutunda (orta boy) iki adet pille çalışmalıdır. Piller, sapın alt ucundaki vidalı bir kapağın açılması suretiyle değiştirilebilmelidir.

13.Blade ve handleler, ISO 7376 standardıyla uyumlu olmalı ve bu husus katalogda gösterilmelidir.

14.Blade ile aynı markaya ait -opsiyonel olarak - 3.5v handle ve handle'ı şarj etmek için masaüstü şarj cihazına sahip olmalıdır. Bu opsiyonel parçalar, katalogda gösterilmeli, ileride istenilmesi durumunda ücreti karşılığında verilebilmelidir.

15.Set ile birlikte 4 adet yedek ampul verilmelidir.

16.Set ile birlikte 1 adet pil şarj cihazı verilmelidir.

17.Komple set, fermuarlı dayanıklı bir çanta içerisinde verilmelidir.

Mehmet ÖZBÜK

/ / "

X RAY KORUYUCU GONAD KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

GONAD KORUYUCU 1 MM PB KURŞUNA EŞ DEĞER KAUÇUK KURŞUN BİLEŞİMİNDEN YAPILMIŞTIR.

1. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI DIR.
2. GONAD KORUYUCU YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMIŞTIR.
3. KULLANIMI RAHAT VE HER GONAD KORUYUCU İÇİN AYRI AYRI KEMERİ BULUNMALIDIR.
4. KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİPTİR.
5. GONAD KORUYUCU ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAS KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.

7. GONAD KORUYUCU NUN CE - İSO BELGELERİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR
8. GONAD KORUYUCULARDA RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.
9. GONAD KORUYUCU ÇOCUK -SMALL-MEDİUM- LARGE EBATLARINDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
10. GONAD KORUYUCULARIN ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
11. GONAD KORUYUCULAR HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR

Mehmet ÖZGÜN