



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 838
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : PCR Laboratuvarı için 3 Kalem Malzeme Alımı
Dosya Id : 2741

01.09.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.09.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	EPENDORF TÜP 2 ML ÇİTÇİT KAPAKLI PLASTİK PCR TÜPÜ			10.000	Adet		
2	EPENDORF TÜP 0,2 ML DÜZ ÇİT ÇİT KAPAKLI PLASTİK PCR TÜPÜ			10.000	Adet		
3	PIPET UCU STERİL FİLTRELİ 10UL 1-10 MİKROLİTRE ŞEFFAF			15.000	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
PCR LABORATUVARI SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PLASTİK PCR TÜPÜ 2.0 ml ÇİTÇİT KAPAKLI (10 000 ADET)

- 1.DNAse –RNAseFree olmalıdır.
- 2.Pyrogen free olmalıdır.
- 3.Steril olmalıdır.
- 4.Düz kapaklı olmalıdır, kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır. Kapaklar PCR tüpüne yapışık olmalıdır. Tüpler tekli olmalıdır.
- 5.Konik tabanlı olmalıdır.
- 6.PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmadığı görülmelidir.

PLASTİK PCR TÜPÜ 0.2 ml DÜZ ÇİTÇİT KAPAKLI (10 000 ADET)

- 1.DNAse –RNAseFree olmalıdır.
- 2.Pyrogen free olmalıdır.
- 3.Steril olmalıdır.
- 4.Düz kapaklı olmalıdır, kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır. Kapaklar PCR tüpüne yapışık olmalıdır. Tüpler tekli olmalıdır.
- 5.Konik tabanlı olmalıdır.
- 6.PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmadığı görülmelidir.

PİPET UCU ŞEFFAF FİLTRELİ DNAse-RNAseFREE
(1-10 MİKROLİTRE) (15 000 ADET)

- 1.Ultrahidrofobik filtrelili, nonpirojenik ve steril olmalıdır.
- 2.Racklerde 96 adet dizili olmalıdır.
- 3.Rackler otoklavlanmaya dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 4.Ultrahidrofobik özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.1-10 mikrolitre arasını çekebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
6. Laboratuvarımızda bulunan pipetlere uyum sağlamalıdır. Pipetlere uyum sağlamayan pipet uçları kabulü sağlanmayacaktır.
- 7.Filtreler pipetlere değmeyecek şekilde bir boşluk bırakmalıdır.
- 8.DNAse ve RNAsefree olmalıdır.

Bu şartname bir (1) sayfadır.

İmza:
Uzm.Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip No: 119339
Ağrı Devlet Hastanesi