



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 844
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Neumovent Marka Graphnet Model Ventilatör Cihazına Uygun Oksijen Sensörü Alımı
Dosya Id : 2782

08.09.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.09.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	VENTİLATÖR TEST CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ NEUOMOVENT GRAPHNET VENTİLATÖR CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ 3 ADET			3	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020


Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

VENTİLATÖR PARÇA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) oksijen sensörü neuomovent graphnet model ventilatöre uygun olmalıdır.
- 2) Oksijen sensörü üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.
- 3) İstenilen parçalar orjinal kutu içerisinde hava almıyor şekilde olmalıdır. cihaza kolayca monte edilmelidir.
- 4) Oksijen Sensörleri cihazın verdiği oksijen miktarını ölçmelidir.
- 5) Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edilebilecektir.
- 6) Orjinal kutusunda olmalıdır.
- 7) Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.
- 8) İstenilen parçalar garantili olacaktır.


FİHA DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu