



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 856
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Musluklu İdrar Torbası Alımı
Dosya Id : 2841

18.09.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.09.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	T MUSLUKLU İDRAR TORBASI 2000ML STERİL	OR1330		10.000	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MUSLUKLU İDRAR TORBASI

1-İdrar torbası medikal kullanım amaçlı PVC'den yapılmış olmalıdır.

2-İdrar torbası 2000 ml toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

3-İdrar torbası mililitre ölçekli olmalıdır.

4-İdrar torbasında boşaltma musluğu mevcut olmalıdır. Musluklu olmalıdır.

5-İdrar torbası güçlendirilmiş askı deliklerine sahip olmalıdır.

6-İdrar torbasında bükülmeye karşı dirençli hortum kullanılmış olmalıdır.

7-İdrar torbası hortumunda üzeri korumalı konik bağlantı konnektörü bulunmalıdır.

8-Torba basınca dayanıklı olmalıdır.

9-Torba bağlantı yerlerinde idrar sızması olmamalıdır.

10-Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanım tarihi en az 1(bir) yıl olmalıdır.

11-Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hakan ÖZTÜRK
Sağlık Memuru
T.C.K.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi