



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 865
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Gambro Cihazlara Uyumlu U900 Endotoksin Filtresi Alımı
Dosya Id : 2874

25.09.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.09.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	GAMBRO CİHAZA UYUMLU ENDOTOKSİN FİLTRESİ			30	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Gambro Cihazlara Uyumlu U9000 Endotoksin Filtresi Teknik Şartnamesi

- 1-)Ürünün CE belgesi olmalıdır
- 2-) Teklif edilecek ürün endotoksin tutma özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-)Gambro marka AK 96 Model cihazlara uygun olmalıdır.
- 4-)Teklif edilecek ürünün yüzey alanı 2.4 metrekare olmalıdır.
- 5-) Membran yapısı PAES/PVP olmalıdır.
- 6-) Teklif edilecek ürünün Perasidik asit, Sodyum karbonat, Sodyum hipoklorit ve Sitrik asit ile dezenfekte edilebilmeli ve rinse yapılabilmelidir.

İzmir Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Demla ÖRS ŞENDOĞAN
Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 136191

Menzile ÖZCAN
Hemşire, Sanjmlu, Hemşiresi
Dip. Tes. No: 6739
İzmir Devlet Hastanesi

24.09.2020

AKDEMİR
Hekimi
Dip. Tes. No: 5049
İzmir Devlet Hastanesi