

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/495  
KONU : Teklife Davet

30.09.2020

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **NARKOTİK DOLABI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02.10.2020 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	NARKOTİK DOLABI ALIMI	2	TAKIM		

UYGUNDUR  
30/09/2020  
Dr. Vedat ARSLAN  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Dişadın Devlet Hastanesi

**NARKOTİK DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Dolap iki kapaklı olmalıdır Kapakları beyaz olmalıdır.
2. Dolabın her iki kapağında kilit sistemi olmalı ve rahat kullanılmalıdır.
3. Dolap fabrikasyon hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
4. TSE Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
5. CE Belgesi olmalıdır.
6. ISO 13485-2003 Kalite belgesi olmalıdır.
7. Dolabın her iki kapağında hava panjurları mevcut olmalıdır.
8. Ana gövde sağlam saçtan yapılmış olmalıdır.
9. Yükseklik 50 cm, boy 60 cm, derinlik 20 cm boyutlarında olmalıdır.

İguzhan BULT  
