



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **SÜMER MARKA OTOKLAV CİHAZI İÇİN ELEKTRONİK VE ELEKTRİKSEL REVİZYONU HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **07.10.2020** tarih ve saat **10:00**'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HİZMET BEDELİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.
Dt Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü
Başhekim V.
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30
e-Posta

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER
Telefon No: (0 472) 312 60 47

Lvıakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden d81c1267-b808-4470-b218-4ad2fc29527e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

SÜMER MARKA OTOKLAV CİHAZI ELEKTRİK ELEKTRONİK REVİZYON ŞARTNAMESİ

1. Elektrik panosundaki elektrik kabloları yenilenmelidir

2 Kontrol ünit sistemi yenilenmelidir (plc)

3 Basınç kontrol sisteminin 2 adet 04 1 adet 06 basınç sensörü ile yapılmalıdır

5 jeneratör güvenlik sistemi kp35 ile desteklenmelidir

6 Cihaz içerisinde 1 adet termal yazıcı olmalıdır

7 Çalıştırılan programlar ve yapılan kontrol testleri bu yazıcı üzerinden çıktı alınmalıdır

8 Lcd ekran ile kontrol edilmelidir

9 Ekran üzerinden ön kapak açılabilirdir

10 Ekran üzerinde 3 farklı dil seçeneği olmalıdır

11 Ekran üzerinde 8 adet program olmalıdır

12 Basınç kontrol sistemine uyumlu olmalıdır

13 Ekran üzerinde extra özel en az 5 adet program yazılabilirdir

14 Yeni değişecek ekran üzerinden rs 232 girişli olmalıdır

15 Kontrol paneli üzerinde usb bellek girişi olmalıdır

16 Elektrik ve Elektronik parçalar 1 yıl garantili olmalıdır

.17 Cihaz 400 Volt+Nötr+Toprak, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacak ve saatte 60 KW'dan fazla güç çekmemelidir.

18 (\pm % 10) gerilim değişimlerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.

KULLANILACAK MALZEMELER

- **Basınç sensörü 0,4 (2 adet)**
- **Plc**
- **Basınç sensörü 0,6**
- **Anamül modül**
- **Kw35 tampon**
- **Transmitter**
- **Ekran**
- **Role kartı (2 adet)**
- **Termal yazıcı**
- **Pt 100 2 adet**
- **Güç anahtarı**
- **Şamandıra**
- **Sistem kablo yenileme**
- **Kondaktör (4adet)**
- **24 wolt güç kaynağı**
- **5 wolt güç kaynağı**
- **Kart koruma rolesi**

Ayfer Filiz

Ayfer