



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15.10.2020 tarih ve saat 12:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

**e-imzalıdır**  
**Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK**  
**İdari Mali İşler Müdürü**

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EKG KABLOSU	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**e-imzalıdır.**

**Dt Turan SAYDAM**  
**İlçe Sağlık Müdürü**  
**Başhekim V.**  
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
**e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

## DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EKG Kablosu nihon kohden Marka Defibrilatör cihazı için uyumlu olmalıdır.
2. EKG Kablosu <sup>3 (Üç)</sup> Uçlu (Lead) olmalıdır.
3. EKG Kablosu tek kullanımlık kendinden jelli ve yapışkan elektrodlar ile çalışabilmelidir.
4. EKG Kablosunun uzunluğu uçları dahil en az 3 (Üç) metre olmalıdır.
5. EKG Kablosunun hasta bağlantı uçları kırmızı, yeşil, sarı ve renklere kodlanmış olmalıdır.
6. EKG Kablosu üzerinde kablo uçlarındaki renklerin hangi uçlar olduğunu belirten bir etiket olmalıdır.
7. Teklif veren firma, ürünü satmaya yetkili olduğuna dair belge sunmalıdır.
8. Teklif veren firma, önce biyomedikal bölümünden uygunluk onayı almalıdır.
9. Teklif veren firma 1 adet numune getirmelidir.

Özlem Yardımcı  
P. 158