



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **50 ADET PROLEN MESH ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15.10.2020 tarih ve saat 09:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

**e-imzalıdır**  
**Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK**  
**İdari Mali İşler Müdürü**

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PROLEN MESH	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
**e-imzalıdır.**  
**Dt Turan SAYDAM**  
**İlçe Sağlık Müdürü**  
**Başhekim V.**  
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
**e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

PROLEN MESH

15x15

- 1-Boyutları en az ~~7.5 x 12.5~~ cm olmalı, %100 polipropilen materyal olmalıdır.
- 2-Ürünler tek steril pakette olmalı, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
- 3-Sağlam olmalı, vücuda uyum sağlayacak yumuşaklıkta olmalı
- 4- Disposable olmalıdır
- 5-Steril orijinal ambalajında olmalıdır
- 6-En az 2 yıl miatlı olmalıdır. Miatların dolmasına 3 ay kala bildirildiğinde firma değişim garantisini vermelidir.
- 7-TITUBB ve MEDULA kaydına sahip olmalıdır.
- 8-Miat problemi ya da ürünle alakalı bir sorun olduğu takdirde firma tarafından değişim garantisi verilmelidir.
- 9- Değerlendirme numunenin uygunluk ve kullanılabilirliğine göre yapılacaktır

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten text]*

Op. Dr. İsmail AK  
Güçlü Çarşaf  
Op. San. No: 326450  
Etiler Çarşaf Enstitüsü  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul