

OKSİJEN KAÇAK KONTROL SPREY ŞARTNAMESİ

- 1-Rengi berrak olmalı
- 2-Raf ömrü en az 24 ay olmalı
- 3- Min sıcaklık koşulları -15 C Maks. Sıcaklık koşullar +50C arasında olmalıdır.
- 4-CO2), propan,bütan,asetilen,oksijen,şehir gazları veya doğal gazlar ile herhangi bir tehlikeli bileşen ortaya çıkarmamalıdır.
- 5- 400 ml olmalıdır.
- 6- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Hilal TUNCER

Per. Sor.



Fuat GÖKÇE

Teknisyen



Recep ATİLLA

Afet Birim Sor.

UYGUNDUR

Dr. Oğuzhan KÖRÖMER

Başhekim

