



00126884085

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 KALEM FOLEY SONDA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.10.2020 tarih ve saat 11:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	3 YOLLU 18 F FOLEY SONDA	ADET	50		
2	3 YOLLU 20 F FOLEY SONDA	ADET	100		
3	3 YOLLU 22 FOLEY SONDA	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARİCİ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Dt Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30
e-Posta

ernet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden c880dfe4-2c38-447f-a934-c729659660cf kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Silikon kaplı güçlendirilmiş lateksten üretilmiş olmalıdır.
2. Tek kullanımlık ve 3 yollu olmalıdır.
3. 10 – 50 ml balona sahip olmalıdır.
4. Balon homojen olarak şişmeli ve bu esnada patlamamalıdır.
5. Silindirik tip uca sahip olmalıdır.
6. 40 cm (± 1 cm) boylarında olmalıdır.
7. Gövdesi üretral sekresyonları atabilmek için oluklu olmalıdır.
8. Ürünün valf mekanizması ve luer lock sistemi olmalıdır.
9. Yapısı kateterizasyon için uygun sertlikte olmalıdır.
10. Malzemedен 3'er adet numune verilecektir.
11. 18-20-22 fr olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yasar Yılmaz Doğubeyazıt
Devlet Hastanesi
Dr. M. Emin
Ortopedi Uzmanı
Dip No: 160983