



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 895
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Cerrahi Amaçlı Kesici Motor Alımı
Dosya Id : 2976

19.10.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.10.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	CERRAHİ ŞARJLI KESİCİ MOTOR			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ŞARJLI DELİCİ KESİCİ CERRAHİ AMAÇLI MOTOR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (S SERİSİ)

1. Cerrahi motorlar hem büyük, hem küçük kemik cerrahisinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Cerrahi motorlar ve ekleri paslanmaz materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Kesici ve delici motorlar ayrı ayrı kullanılabilir olmalıdır.
4. Delici motor (5 (+-) mm) kanüllü ve motor gücü en az 150W olmalıdır.
5. Delici motor devir sayısı minimum 1000 RPM olmalıdır.
6. Kesici motor oscillating frekansı en az 16000 osc/min. olmalıdır.
7. Batarya şarj ünitesi ayrı olmalıdır ve lityum iyon özellikli olmalıdır.
8. Sistemde Jacopsjack ve anahtarları bulunmalıdır.
9. Sistem alüminyum steril case içerisinde olmalıdır. Sterilizasyona giremeyen çanta ile teklif edilmemelidir.
10. Cerrahi motorların tüm bataryaları lityum iyon özellikte, 3000Mah gücünde ve maksimum 60 dakikada şarj edilebilecek özellikte olmalıdır. Sistemde 2 batarya bulunmalıdır. Nikel batarya bulunmamalıdır.
11. Cerrahi motorlar 134 derecede otoklav'da steril edilebilmelidir.
12. Uluslar arası geçerli kalite ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
13. Cerrahi motor sağ ve sol yönlerinde çalışabilmelidir. Motorun devir yönü elcek üzerinden değiştirilebilmelidir.
14. Tüm delici aparatlar drill / reamer 1,5 mm den başlayıp 8 mm ' e kadar uyumlu olmalıdır.
15. Cerrahi motorun bataryaları kolay sökülüp takılabilir olmalıdır.
16. Cerrahi motorla beraber en az 3 adet sawing kesici bıçak olmalıdır. Halluks valgus vakaları için uygun kesici bıçak bulunmalıdır.

Op. Dr. Mehmet ÇETİN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 469271 Uzm. Tes. No: 135504
Ağrı Devlet Hastanesi